

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

1 - Transparentní stolek pod horní končetinu se svorkami/podpěrou . 1 kus ke stolu

2 - RTG transparentní stolek pro zákroky na ruce s uchycením na EU lištu. 1 kus

Dle našeho názoru se jedná o totožné příslušenství. Požaduje zadavatel opravdu 2 kusy?

Odpověď:

Zadavatel požaduje transparentní stolek pod horní končetinu se svorkami/podpěrou s uchycením na EU lištu v počtu 1 ks.

Dotaz 2:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje:

1 - Boční zarážky polstrované, axiálně nastavitelné, se svorkou - 2 páry ke stolu

2 - Boční zarážka s trojkloubovým mechanismem a aretací - min. 4 kusy

Dle našeho názoru se jedná o totožné příslušenství. Požaduje zadavatel opravdu 2 páry a 4 kusy, celkem tedy 8 kusů?

Odpověď:

Zadavatel požaduje boční zarážku polstrovanou, axiálně nastavitelnou, se svorkou v počtu 4 ks.

Na základě těchto dodatečných informací bude upravena zadávací dokumentace.