

Odpověď na dotaz dodavatele

Dotaz:

Zadavatel požaduje pro lineární dávkovač maximální hmotnost přístroje 1,6 kg.

Uchazeč nabízí infuzní systém renomovaného výrobce xxx, jehož součástí jsou lineární dávkovače s robustní konstrukcí o hmotnosti 2,5 kg včetně akumulátoru.

Protože z textu zadání není přesně zjevné, zda se limitní hmotnost týká dávkovače vč. či bez akumulátoru, žádáme tímto zadavatele o akceptaci nabídky lineárního dávkovače s hmotností 2,5 kg včetně akumulátoru.

Dovolujeme si doplnit, že tento parametr neovlivní požadovaný medicínský účel, ani zamýšlené diagnostické a terapeutické využití lineárních dávkovačů.

Odpověď:

Uvedena hmotnost platí pro plně funkční přístroj, tedy i s akumulátorem.

Vzhledem k tomu, že přístroje požadované v této kapitole jsou určeny pro operační sál, je zde uvedena i požadovaná hmotnost daná možnostmi závěsu. Zadavatel tedy trvá na původní specifikaci a nebude akceptovat nabízené řešení.