

**VÝZVA (včetně zadávací dokumentace)
K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ**

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„Infuzní technika pro chirurgickou kliniku“

I. PŘEDMĚT

Předmětem veřejné zakázky je nákup infuzní techniky pro Operační sály – jednodenní chirurgie a pro Jednotku intenzivní péče Chirurgické kliniky. Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Část č. 1 – Infuzní technika pro COS I - jednodenní chirurgie

- 1 ks pumpa infuzní
- 3 ks dávkovač lineární
- 1 ks stanice dokovací

Část č. 2 – Infuzní technika pro CHK – JIP

- 24 ks pumpa infuzní
- 62 ks dávkovač lineární
- 12 ks stanice dokovací

Medicínský účel:

Přístroje jsou určeny ke kontinuální aplikaci léků.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kód: 33194100-7 - Přístroje a nástroje pro infúzi
33194110-0 - Infúzní čerpadla
33194120-3 - Potřeby pro infúze

Zadávací lhůta:

Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 90 dnů.

II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce již ve své nabídce, a to **předložením čestného prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona**, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel přikládá jako přílohu č. 3 výzvy Vzorové čestné prohlášení, které může zájemce použít.

Zájemce, se kterým se bude uzavírat smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli **originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace**, viz seznam níže. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku **nesmějí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky** a musí být předloženy v českém jazyce.

- Zájemce předloží **čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat uchazeče k prokázání splnění předpokladů, že:

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

- dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahrazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

Je-li zájemcem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

- dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. d) zákona vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona není v likvidaci;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- dle ust. § 53 odst. 1 písm. l), tj. že vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu;
- je/není zapsán v obchodním rejstříku/jiné evidenci;
- je oprávněn k podnikání pro předmět veřejné zakázky, disponuje živnostenským listem, výpisem z živnostenského rejstříku, koncesní listinou nebo licenci;
- dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku;

- dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona provedl v posledních 3 letech obdobné¹ dodávky a disponuje osvědčeními objednatelů o řádném plnění 2 nejvýznamnějších z těchto dodávek v min hodnotě 1 000 000,- Kč bez DPH každé z nich; tato osvědčení zahrnují cenu, dobu a místo dodávek a obsahují údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně, s uvedením objemu 3 nejvýznamnějších prací;
- dle ust. § 56 odst. 1 písmene f) zákona, tj. že k výrobku existuje doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Bez tohoto dokladu nelze, pokud se jedná o zdravotní prostředek, zboží používat pro poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 56 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určitých profesních a technických kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Zájemce není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona.

Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení zájemce z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:

- neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele
- poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé

III. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití.

Technická specifikace:

¹ Obdobnými dodávkami jsou myšleny dodávky zdravotnických nebo přístrojů obdobných předmětů zakázky.

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Část č. 1 – Infuzní technika pro COS I - jednodenní chirurgie

Počet infuzních pump: 1 ks

Technická specifikace infuzní pumpy:

- nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min 0,1 – 1200 ml/h
- nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí 0,1 – 9999 ml
- nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí min 20 – 1200 ml/h
- uživatelské nastavení objemu bolusu
- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min v 9 úrovních
- přesnost dávkování min. $\pm 5\%$
- interní paměť přístroje na seznam min. 600 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky
- aktivace alarmu vzduchových bublin v infuzním setu při detekci bubliny o objemu od 0,05 ml výše
- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) nebo z integrovaného akumulátoru
- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 4 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h)
- hmotnost přístroje max. 1,6 kg
- uživatelsky aktivovatelný zámek změny parametrů infuze

Počet lineárních dávkovačů: 3 ks

Technická specifikace lineárních dávkovačů:

- nastavitelná rychlost dávkování v rozmezí min 0,01 – 999 ml/h
- nastavitelný objem podávaného léčiva v rozmezí min 0,1 – 999 ml
- nastavitelná rychlost bolusu v rozmezí 20 – 1800 ml/h
- uživatelské nastavení objemu bolusu
- uživatelské nastavení alarmu okluzního tlaku min v 9 úrovních
- přesnost dávkování min. $\pm 2\%$
- interní paměť přístroje na seznam min. 600 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky
- dávkovač musí umět pokračovat v infuzi po jiném dávkovači, který předtím podával stejný lék
- speciální režimy pro podávání léčiv pro TIVA na OP sále (Propofol, Remifentanil)
- nastavení režimu PCA v seznamu léčiv
- uživatelsky aktivovatelný zámek změny parametrů infuze
- možnost mechanického uzamčení dávkovače při PCA - zabránění vyjmutí stříkačky a podání bolusu „z ruky“
- provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a/nebo z integrovaného akumulátoru
- provoz z nového a plně nabitého akumulátoru po dobu min. 8 h (při rychlosti dávkování 20 ml/h)
- možnost použití stříkačky o objemu 2, 5, 10, 20, 50/60 ml
- hmotnost přístroje max. 1,6 kg

Počet dokovacích stanic: 1 ks

Technická specifikace dokovací stanice:

- pro napájení dokovací stanice bude použit pouze jeden přívodní kabel
- zajištění identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením jejich závažnosti
- možnost umístění 4 ks lineárních dávkovačů a infuzních pump do libovolné pozice
- možnost přenosu dat (podávaná léčiva, alarmy apod.) o stavu připojených infuzních pump a lineárních dávkovačů prostřednictvím dokovací stanice do PC běžně používaných na oddělení
- hmotnost dokovací stanice max. 5 kg

Část č. 2 – Infuzní technika pro CHK - JIP

Počet infuzních pump: 24 ks

Technická specifikace infuzních pump:

- přesnost dávkování $\pm 5 \%$
- rozsah dávkovací rychlosti minimálně 1 – 1.200 ml / hod.
- výpočet dávky léčiva v jednotkách $\mu\text{g} / \text{kg} / \text{hod.}$, $\mu\text{g} / \text{kg} / \text{min.}$, $\text{mg} / \text{kg} / \text{hod.}$, $\text{mg} / \text{kg} / \text{min.}$
- možnost zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / rychlost / čas
- bolusy manuální i programovatelné
- možnost regulace osvětlení displeje uživatelem (snížení i zvýšení jasu displeje v souvislosti se změnou okolního osvětlení)
- detekce náhlého poklesu tlaku např. při rozpojení setu
- detekce náhlého nárůstu tlaku i při nedosažení nastavené prahové hodnoty
- interní paměť přístroje na minimálně 120 léků
- u každého záznamu léku bude možné definovat jeho název, koncentraci včetně možnosti omezit maximální koncentraci, rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva, bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu
- možnost provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou
- možnost vzdáleného monitoringu přístrojů na centrálním monitoru obsluhy přes dokovací stanici (např. PC na centrálním sledovacím pultu)
- režim „Pauza“ nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje
- možnost blokáce ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves
- systém KVO
- možnost provozu infuzní pumpy s i bez kapkového senzoru
- možnost použití bezpečnostních infuzních setů bránících samovolnému průtoku infuze po vyjmutí infuzního setu z pumpy
- ochrana proti samovolnému průtoku infuze při nečinnosti infuzní pumpy
- předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, alarm vzduchových bublin v infuzní lince, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie
- alarm chybně zavřených dvířek
- infuzní pumpy musí mít napájení 230 V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 4 hodin při rychlosti podávání léčiva 100 ml/hod.
- automatické dobíjení akumulátoru při připojení přístroje do elektrické sítě
- nepřerušený chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru
- software v českém jazyce
- čitelný a přehledný displej
- interval pravidelných periodických prohlídek podle Zákona 268/2014 Sb. minimálně 2 roky
- rukojeť u každého přístroje pro snadný přenos zdravotnickým personálem
- držáky pro upevnění na pojízdný infuzní stojan či eurolištu a napájecí kabel ke každé infuzní pumpě

- možnost jejich samostatného použití nebo společně s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení z elektrické sítě a výstup pro monitorační systém
- možnost spojení až tří přístrojů bez dokovací stanice či jiného přídatného zařízení
- možnost umístění do dokovací stanice pro MRI prostředí, tato stanice musí být min. pro 4 přístroje (pumpy či dávkovače)

Počet lineárních dávkovačů: 62 ks

Technická specifikace lineárních dávkovačů:

- lineární dávkovače musí mít přesné dávkování malých objemů pomocí trojdílných stříkaček běžně používaných objemů 5, 10, 20, 30, 50/60 ml různých výrobců (B. Braun Omnifix, Becton Dickinson, Fresenius Kabi, Terumo, ...)
- přesnost dávkování $\pm 3\%$
- rozsah dávkování minimálně 0,1 – 999 ml / hod.
- výpočet dávky léčiva v jednotkách $\mu\text{g} / \text{kg} / \text{hod.}$, $\mu\text{g} / \text{kg} / \text{min.}$, $\text{mg} / \text{kg} / \text{hod.}$, $\text{mg} / \text{kg} / \text{min.}$
- umožnit zadání parametrů podávání v režimu zadání – objem / rychlost / čas
- bolusy – manuální i programovatelné
- umožnit uživatelské nastavení úrovně okluzního tlaku
- možnost regulace osvětlení displeje uživatelem (snížení i zvýšení jasu displeje v souvislosti se změnou okolního osvětlení)
- detekce náhlého poklesu tlaku např. při rozpojení setu
- detekce náhlého nárůstu tlaku i při nedosažení nastavené prahové hodnoty
- interní paměť přístroje na minimálně 120 léků
- u každého záznamu léku bude možné definovat jeho název, koncentraci včetně možnosti omezení maximální koncentraci, rychlost podávání léku s možností omezení maximální rychlosti podávání léčiva, bolus s možností nastavit u léčiva maximální objem a rychlost podávání při bolusu
- možnost provádění úprav knihovny léčiv oprávněnou obsluhou
- možnost vzdáleného monitoringu přístrojů na centrálním monitoru obsluhy přes dokovací stanici (např. PC na centrálním sledovacím pultu)
- režim „Pauza“ nebo obdobný režim pro pozastavení přístroje s možností nastavení času nečinnosti přístroje
- možnost blokáce ovládacích prvků přístroje obsluhou proti neautorizovanému ovládání pacientem pomocí PIN kódu nebo speciálním stiskem klávesy či kombinací kláves
- systém KVO
- předalarm konce podávání léčiva, alarm tlakové okluze, upozornění na ukončení dávkování, alarm z prodlení při nečinnosti obsluhy, alarm slabé baterie
- napájení 230 V / 50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou odpovídající provozu po dobu minimálně 5 hodin
- automatické dobíjení akumulátoru při připojení přístroje do elektrické sítě
- nepřerušovaný chod při přerušení napájení z elektrické sítě a přechodu na chod z akumulátoru
- software v českém jazyce
- čitelný a přehledný displej
- interval pravidelných periodických prohlídek podle Zákona 268/2014 Sb. minimálně 2 roky
- mechanická ochrana injekční stříkačky před pádem a následným nechtěným podáním léčiva pacientovi
- rukojeť u každého přístroje pro snadný přenos zdravotnickým personálem

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

- držáky pro upevnění na pojízdný infuzní stojan či eurolištu a napájecí kabel ke každému dávkovači
- možnost jejich samostatného použití nebo společně s lineárními dávkovači v jedné dokovací stanici, přičemž pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné a dokovací stanice obstarává minimálně napájení z elektrické sítě a výstup pro monitorační systém
- možnost spojení až tří přístrojů bez dokovací stanice či jiného přídatného zařízení
- možnost umístění do dokovací stanice pro MRI prostředí, tato stanice musí být min. pro 4 přístroje (pumpy či dávkovače)

Počet dokovacích stanic: 12 ks

Technická specifikace dokovacích stanic:

- jedna stanice pro 8 přístrojů k jednomu lůžku
- jednoduché vyjmutí jednotlivých infuzních pump nebo lineárních dávkovačů
- pozice přístrojů musí být ve všech pozicích záměnné
- jeden napájecí kabel pro všechny připojené lineární dávkovače nebo infuzní pumpy v dokovací stanici
- optická vizualizace alarmů
- možnost připojení do sledovacího systému

IV.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doba a místo plnění je stanoveno ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 pro část č. 1 nebo přílohou č. 2 pro část č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy **bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.**

V.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 pro část č. 1 nebo přílohou č. 2 pro část č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy **bez jakýchkoliv změn k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.**

VI. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce (pokud není dále stanoveno jinak):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou,
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zák. č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce,
- v případě zdravotnického prostředku - registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání výrobku (případně od ukončení výroby, pokud byla ukončena před dodáním výrobku zadavateli),
- uživatelský manuál v českém, příp. anglickém jazyce, pokud výrobce nepochází z České republiky (na CD/DVD ve formátu *.doc nebo *.pdf),

Zadavatel doporučuje uchazečům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli uchazeče, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době,
- seznam možného příslušenství poskytovaného uchazečem včetně aktuálních cen,
- seznam pracovišť vybavených typem přístroje,
- vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál,
- ceník náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných náhradních dílů, preventive maintenance kitů apod.) po dobu životnosti (uvedte výrobcem stanovenou životnost přístroje; příp. po dobu 10 let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena) – cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, náhradní díly s omezenou životností, preventive maintenance/service maintenance kity.

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem,
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem,
- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele,

- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

VII. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude zpracována jako **celková nabídková cena přístroje** v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace nebo jiných vstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, nastavení workflow, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby (vč. potřebného materiálu). A to pro každou část zvlášť.

VIII. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen **doručit zadavateli** v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a to **nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek**. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům **prostřednictvím svého profilu** (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Radim Mlčák, právník Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno. tel.: +420 532 232 806, e-mail: mlcak.radim@fnbrno.cz

IX. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě a jedné kopii v datové formě (na CD ve formátu *.doc, *.pdf, nebo jiném, **smlouva včetně příloh ve formátu *.doc**), obě bude vloženo do obálky označené slovy „**Veřejná zakázka – Infuzní technika pro chirurgickou kliniku - VLASTNÍ NABÍDKA - část/í č. ...**“.

NABÍDKA bude rovněž zpracována v jednom vyhotovení na CD.

Struktura „**NABÍDKY**“:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek
- Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČO, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II této výzvy

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Komentář [A1]: Dodavatel doplní číslo částí, či částí, do kterých podává nabídku.

- Návrh kupní smlouvy (plně vycházející ze vzorové smlouvy se zpracovanými údaji dle požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou zastupovat uchazeče nebo za uchazeče

Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

- Doklady dle bodu VI. této dokumentace
- Cenová nabídka dle bodu VII. této dokumentace
- Elektronický nosič (CD/DVD, ...) obsahující:
 - Prohlášení o shodě
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výrobce přístroje mimo ČR)
 - **1x kompletní servisní manuál**

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh kupní smlouvy nebo cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!

NABÍDKA bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

X.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTICÍCH KRITÉRIÍ

Hodnoticím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

XI.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do **19. 10. 2016 9:00** hodin

Místo:

- poštou doporučeně na adresu: Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
- osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Otevírání obálek:

- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **19. 10. 2016 v 9:30** hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
- Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocnění k tomuto úkonu na základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.
- Komise, která otevírá obálky, kontroluje, zda a) je nabídka zpracována v českém jazyce a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne 3. 10. 2016

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy

Příloha č. 1 - Vzorová kupní smlouva

Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Příloha č. 3 - Vzorové čestné prohlášení

Vyřizuje: Mgr. Radim Mlčák, právník OPV, tel: 532 232 806, e-mail: mlcak.radim@fnbrno.cz

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.