

Dodatečné informace

Dotaz:

Zadavatel v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) specifikuje jednotlivé sady (sety), kdy například v „Základní sadě“ pod označením „ZS“ pod názvem: „návlek na instrumentační stolek 74 cm x 130 cm“ obdobně pak v „Sadě s U-rouškou“ pod označením „U“ pod názvem: „U – rouška 260 cm x 200 cm“ dále tento blíže nespecifikuje a nepopisuje a výhradně takto specifikuje každou jednotlivou dílčí položku setu. Takto Zadavatel postupuje ve všech následných případech jednotlivých položek setů.

Uchazeč uvádí, že mu není zcela zřejmé, jak má každá dílčí položka setu přesně tvarově a konstrukčně vypadat.

Uchazeč s ohledem na výše uvedené žádá zadavatele, aby:

- a) přesně a nezaměnitelně popsal a doložil technickými nákresey každou jednotlivou dílčí položku setu;
- a
- b) umožnil uchazečům fyzickou prohlídku každé jednotlivé dílčí položky setu;

Odpověď:

a) Technickými nákresey zadavatel nedisponuje. Požadované komponenty sad vychází z běžně dodávaných typů roušek vyráběných z jednorázového materiálu různými výrobci tohoto zdravotnického sortimentu. Jejich specifikace je dostupná v každém katalogu. Zadavatel pouze specifikuje požadované rozměry jednotlivých komponentů, tedy jejich velikost.

b) Prohlídka místa plnění bude umožněna v termínu, který zadavatel uvede v zadávací dokumentaci.

Dotaz:

Zadavatel poskytl součástí ZD, jako přílohu č. 1 této, Vzorovou kupní smlouvu (dále jen „VKS“). V čl. VII VKS specifikuje odpovědnost za vady, záruku za jakost předmětu veřejné zakázky. V odstavci 4. tohoto článku uvádí zadavatel požadavek na záruku za jakost dodaného Zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání Zboží.

Uchazeč uvádí, že záruka za jakost dodaného zboží (výrobku) je definována a tím také limitována počtem pracích cyklů jednotlivých typů zboží dle ČSN EN 13795+A1. Uchazeči tak není zřejmé, jak bude postupováno v případě, kdy příslušné zboží (výrobek) dosáhne maximálního počtu pracích cyklů, kdy by měl být vyřazen z užívání.

Uchazeč s ohledem na výše uvedené žádá zadavatele, aby:

- a) odstranil požadavek na záruční dobu a stanovil záruční podmínky počtem pracích cyklů každého kusu zboží (výrobku);
- a
- b) poskytl uchazečům požadovaný minimální počet pracích cyklů jednotlivých typů zboží (výrobků), tak aby uchazeč mohl tyto skutečnosti zohlednit do své cenové nabídky.

Odpověď:

Zadavatel odstraní ze zadávací dokumentace požadavek na záruční dobu a nahradí ji počtem požadovaných pracích cyklů. Minimální počet pracích cyklů bude uveden ve vzorové smlouvě.

Dotaz:

Dále uchazeč požaduje, aby mu zadavatel sdělil, jak bude zadavatelem evidován počet pracích cyklů a jakým způsobem bude hodnotit nabídkovou cenu pro uchazeči nabídnuté a deklarované různé počty pracích cyklů, které budou vyšší než minimálně požadované.

Uchazeč s ohledem na výše uvedené uvádí, že parametr počet pracích cyklů má zásadní vliv na nabídkovou cenu a kvalitu jednotlivých druhů zboží (výrobků).

Odpověď:

Počet pracích cyklů je evidován fyzickým záznamem na každý jednotlivý kus na dodavatelem našitým (či jinak upraveným) záznamovém rastru - jedná se o čtverec rozdělený na 10x10 čtverečků do kterých se provede záznam tužkou na textil o vyprání odpovědným pracovníkem po vyprání při kontrole funkčnosti a neporušenosti roušky či jiného komponentu.

Vzhledem ke stanovení minimálního počtu pracích cyklů, jejichž deklarování bude považováno za splnění podmínek veřejné zakázky, nebude mít deklarování vyššího počtu pracích cyklů vliv na hodnocení nabídek. Navíc životnost předmětu veřejné zakázky, tedy roušek je podmíněna i jinými faktory než jen pracími cykly.

Na základě těchto dodatečných informací dojde ke změnám zadávací dokumentace.