

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO – 15.2.1-Va/Eg
Vaše zn.: -

V Brně 19. října 2016

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **1 ks Fotometru** pro Dermatovenerologické oddělení, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Medicínský účel - přístroj pro stanovování vlastností vzorku na základě pohlcování světla v různých vlnových délkách spektra

Zadavatel požaduje **přístroj nový**, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.

Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce, který podává nabídku, využil vzorový text kupní smlouvy k předložení návrhu kupní smlouvy vlastnoručně podepsaného osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen **doplnit žlutě označená volná místa** v textu vzorové kupní smlouvy, kde uchazeč doplní čísla částí a jejich názvy, do nichž podává nabídku. (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

- Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:
 - ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce,
 - v případě zdravotnického prostředku – registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění), v přechodném období (§ 97 a § 98) dle zákona č. 123/2000Sb., § 31 v platném znění,
 - kompletní nabídka včetně technických údajů v ČJ s oceněním jednotlivých položek za každou část zvlášť,
 - návod k přístroji na CD/DVD (manuál v ČJ a AJ – je-li výroba přístroje mimo ČR),
 - označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
 - délka záruky min. 24 měsíců.

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční i pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy,
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- seznam možného příslušenství včetně aktuální cen,
- roční náklady na spotřební materiál,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných ND, PM kitů a pod) po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance) /SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 ti let (není- li životnost přístroje výrobcem stanovena),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- doplnění níže uvedené tabulky:

Místo servisu	Servisní práce: Kč/hod	Cestovné: Kč/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Čestnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Celková nabídková cena bude zpracována v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatky (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná je v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

- Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena včetně DPH, a to pro každou část zvlášť.

6. Poskytování dodatečných informací

- V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Fotometr – Neotevírat**“, kde uchazeč doplní čísla částí a jejich názvy, do nichž podává nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy,
- doklady dle 3. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť,
- cenovou nabídku dle 4. bodu této výzvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat vyplněný návrh vzorové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako posled-

ní list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 3. 11. 2016 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1070 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

- Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel. 532 232 784

Příloha č. 1

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Požadavek na fotometr

- stolní ELISA reader
- pro 96-ti jamkové destičky
- rychlost zpracování 1 destičky max. 10 s
- optický systém: 12 měřících paprsků, 1 referenční
- měření single, dual wavelenght (jedné/dvou vlnových délek)
- spojitě nastavení vlnové délky 400 - 700 nm (po 1 nm)
- měřicí rozsah: 0 – 4 OD
- citlivost: 0,001 OD
- napájení 230 V / 50 Hz

Programové vybavení (software):

- software pro zpracování dat, kompatibilita s KIM – výrobce Daniel Kittrich (stávající ovládací a vyhodnocovací systém + licence)
- nebo dodání a instalace nového SW v českém jazyce s převedením všech již nastavených diagnostických metod, migrací dat ze stávajícího software do nově dodaného, zaškolení obsluhy a po dobu záruky zajištění bezplatné servisní podpory pro opětovné zaškolení. Nově dodaný software musí být poslední oficiálně vydanou verzí. Bezplatný update/upgrade po dobu záruky.

Hardware:

- PC Standard A
- PC musí splňovat funkčnost a propojení s daným ZP
- monitor Standard A
- tiskárna Standard N
- připojení k PC s možností remote control (ovládání zařízení SW instalovaným v PC)
- připojení do MLAB

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- v případě provádění servisních výkonů mimo nemocnici, bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu provádění servisního výkonu
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma
- **1x návod v ČJ** (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí nabídky bude elektronický nosič (CD/DVD, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)

<u>Počítač Standard "A"</u>	-	-
<u>Parametr</u>	<u>Minimální požadované parametry</u>	<u>Parametry nabízené uchažeči</u>
<u>Základní deska (MB)</u>	<u>DVI + D-sub výstup</u>	-
<u>Procesor (CPU)</u> -	<u>technologie 64bit, výkon CPU minimálně 4800(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)</u>	-
<u>Chladič (Cooler)</u> -	<u>neBOXovaný s heatpipe chlazením</u>	-
<u>Operační paměť (RAM)</u> -	<u>1x modul 4GB DDR3 1333MHz</u>	-
<u>Pevný disk (HDD)</u> -	<u>1x 500GB SATA 6Gps 7200rpm 16MB cache</u>	-
<u>Mechanika</u> -	<u>DVD-RW SATA bez SW</u>	-
<u>LAN intergovaná</u> -	<u>10/100/1000 Mbps</u>	-
<u>Zvuková karta integrovaná</u>	<u>ano</u>	-
<u>Ventilátor (Fan)</u> -	<u>2x 120mm, 4 pin</u>	-
<u>Skříň (Case)</u>	<u>middletower bez zdroje, ATX</u>	-
<u>Zdroj (PSU)</u> -	<u>ATX, min. 320 W s účinností min. 87%</u>	-
<u>Klávesnice (Keyboard)</u> -	<u>s českým potiskem, rozhraní USB</u>	-
<u>Myš (Mouse)</u>	<u>laserová 2 tlačítko + kolečko, rozhraní USB</u>	-
<u>Operační systém (OS)</u>	<u>MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů)</u>	-
<u>Záruční doba</u>	<u>3 roky - NBD</u>	-

<u>Monitor Standard "A"</u>		-	-
<u>Parametr</u>		<u>Minimální požadované parametry</u>	<u>Parametry nabízené uchazeči</u>
<u>provedení / typ</u>		<u>IPS / VA</u>	-
<u>provedení zobrazovací plochy monitoru</u>		<u>Antireflexní</u>	-
<u>velikost úhlopříčky minimálně</u>		<u>24"</u>	-
<u>pracovní rozlišení minimálně</u>		<u>1920 x 1080</u>	-
<u>jas - minimálně [cd/m²]</u>		<u>250</u>	-
<u>kontrast</u>		<u>800:1</u>	-
<u>pozorovací úhel (V x H)</u>		<u>175°x175°</u>	-
<u>odezva maximálně</u>		<u>8 ms</u>	-
<u>rozhraní (konektory)</u>		<u>analog VGA + DVI-D + DisplayPort včetně kabelů</u>	-
<u>certifikáty</u>		<u>TCO 05</u>	-
<u>integrováné reproduktory</u>	<u>ano/ne</u>	<u>ne</u>	-
	<u>výkon</u>	-	-
<u>možnost výškového nastavení / náklonu</u>		<u>ano / ano</u>	-
<u>příkon maximální [W]</u>		<u>40 W</u>	-
<u>lokalizované menu ovládání</u>		<u>ne</u>	-
<u>servisní záruka</u>		<u>3 roky - NBD</u>	-

Naformátována tabulka

Naformátováno: Číslování + Úroveň:
1 + Styl číslování: 1, 2, 3, ... + Začít od:
3 + Zarovnání: vlevo + Zarovnat na:
0,63 cm + Odsadit na: 1,27 cm

Naformátována tabulka

<u>Tiskárna Standard "N"</u>	-	-
<u>Parametr</u>	<u>Minimální požadované parametry</u>	<u>Parametry nabízené uchazeči</u>
<u>technologie tisku</u>	<u>laserová</u>	-
<u>formát</u>	<u>A4</u>	-
<u>rozdílení tisku</u>	<u>1200x1200 dpi</u>	-
<u>rychlost tisku</u>	<u>25 str./min</u>	-
<u>rozhraní</u>	<u>Ethernet 10/100 Mbps (RJ45)/USB, WiFi</u>	-
<u>tiskový jazyk</u>	<u>PCL 5c, PCL 6</u>	-
<u>datový kabel</u>	<u>USB typ A-B</u>	-
<u>automatický oboustranný tisk</u>	<u>ano</u>	-
<u>zásobníky papíru</u>	<u>1+prioritní podavač</u>	-
<u>display</u>	<u>ano</u>	-
<u>pracovní využití</u>	<u>2000 stran/měsíc</u>	-
<u>barevný tisk</u>	<u>ne</u>	-
<u>multifunkční (tisk, kopírování, skenování, faxování)</u>	<u>ne</u>	-
<u>rychlost skenování</u>	<u>ne</u>	-
<u>rychlost kopírování</u>	<u>ne</u>	-
<u>rozdílení skeneru</u>	<u>ne</u>	-
<u>přímý tisk</u>	<u>bezdrátový přímý tisk</u>	-
<u>skenování do emailu, FTP, SMB, USB</u>	<u>ne</u>	-
<u>ověřování v síti, řízení přístupu, práva uživatelů</u>	<u>ne</u>	-
<u>zabezpečený tisk s načasovaným vymazáním, zabezpečený Fax/Skenování/email</u>	<u>ne</u>	-
<u>integrováný SafeQ embeded terminál</u>	<u>ne</u>	-
<u>přímý tisk z USB</u>	<u>ne</u>	-
<u>pevný disk</u>	<u>ne</u>	-
<u>šifrování pevného disku</u>	<u>ne</u>	-