

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 10. 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Operační světla pro COS III – II

2016-EZAK-VZ-1265

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje Operační světlo tříramenné s LED technologií s technickou specifikací „Tříramenný stativ pro uchycení operačního svítidla“.

Jedná se o technologii uchycení 3 ramen na jeden tubus nebo lze nabídnout jiné technické řešení uchycení světelných satelitů na jeden tubus a uchycení ramene s monitorem na druhém tubusu bez nutnosti montáže nového závěsu do stropní konstrukce?

Odpověď č. 1:

Pro montáž tubusu je nutno použít stávající otvor ve filtrech zajišťujících laminární proudění na sále. Není možné předělávat tento laminární filtr a přidat nový průchod pro další tubus, který by nesl rameno s monitorem. Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a trvá na původním požadavku stativu s třemi rameny

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje monochromatické bílé diody, ale v technické specifikaci definuje „Teplota chromatičnosti v rozmezí 4300 - 4500 K (pevně daná i nastavitelná)“.

Lze tedy nabídnout operační svítidlo monochromatické s teplotou chromatičnosti 4400 K nebo je požadováno multichromatické světlo s nastavitelnou teplotou chromatičnosti?

Odpověď č. 2:

Zadavatel souhlasí s monochromatickým operačním svítidlem s teplotou chromatičnosti 4400 K a bude akceptovat nabízené řešení.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805