

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 10. 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Lupové brýle II
2016-EZAK-VZ-1259

Dotaz č. 1:

Vzhledem k požadovaným parametrům zakázky jsem se chtěl zeptat, zda budete akceptovat níže uvedené malé rozdíly v naší cenové nabídce. Tam kde je uvedeno NE, nabízíme alternativu. Prosím o Vaše posouzení.

Zadávací podmínky (část 1) - technická specifikace / 1ks

Titanové brýlové obruby - NE / brýlová obruba je z carbon - kinetium
Pracovní vzdálenost 40 cm - NE / 42 cm
Velikost zorného pole 86 mm - NE / 130 mm

Zadávací podmínky (část 2) - technická specifikace / 1ks

Zvětšení 4,3x - NE / zvětšení 3,5x nebo můžeme nabídnout zvětšení 4x
Pracovní vzdálenost 40 cm - NE / 42 cm (u 3,5x) nebo 34 cm (u 4x)
Velikost zorného pole 68 mm - NE / 65 mm (u 3,5x) nebo 50 mm (u 4x)

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805