

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo  
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. října 2016

**Odpověď na dotazy k VZMR - Endoskopický komplet pro KDORL pro část č. 2 - Flexibilní endoskopy - ev.č. 2016-EZAK-VZ-1268**

**Dotaz č. 1:**

Zadavatel požaduje 1 x flexibilní rhino-pharyngo-laryngoskop s angulací distálního konce endoskopu 130°/130° (nahoru/dolů).

Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme flexibilní rhino-pharyngo-laryngoskop s angulací distálního konce endoskopu 180°/90° (nahoru/dolů)? Díky rotaci endoskopu v průběhu výkonu je možná větší flexibilita a tím i rozšířené možnosti v rámci diagnostiky.

**Odpověď č. 1:**

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

V z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674