

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. října 2016

Odpověď na dotazy k VZMR - Endoskopický komplet pro KDORL pro část č. 1 - Zobrazovací sestava včetně záznamového a archivačního zařízení - ev.č. 2016-EZAK-VZ-1268

Dotaz č. 1:

Záznamová a streamovací jednotka - Funkce softwarového update – rozšíření funkce na oboustranný přenos zvuku a pořádání videokonferenčních hovorů

Požaduje zadavatel funkci jako možnost, tedy jako funkci, kterou lze záznamovou a streamovací jednotku kdykoli dovybavit nebo požaduje, aby uvedená funkce byla již součástí dodávky záznamové jednotky?

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje funkci jako možnost, kterou lze záznamovou a streamovací jednotku kdykoli dovybavit.

Dotaz č. 2:

Záznamová a streamovací jednotka - Funkce softwarového update – rozšíření streamování videa a zvuku z operačního sálu na telefony nebo tablety

Požaduje zadavatel funkci jako možnost, tedy jako funkci, kterou lze záznamovou a streamovací jednotku kdykoli dovybavit nebo požaduje, aby uvedená funkce byla již součástí dodávky záznamové jednotky?

Odpověď č. 2:

Zadavatel požaduje funkci jako možnost, kterou lze záznamovou a streamovací jednotku kdykoli dovybavit.

Dotaz č. 3:

Pracovní stanice pro úpravu videonahrávek - Požadavky na SW: zpracování značek pořízených při nahrávání

Bude zadavatel akceptovat nabídku pracovní stanice se softwarem splňujícím všechny požadavky zadavatele, který k úpravě a dalšímu zpracování video-záznamů nevyužívá značek pořízených při nahrávání? Jedná se o řešení splňující stejný medicínský účel a splňující všechny technické požadavky zadavatele.

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Pracovní stanice pro úpravu videonahrávek - Konferenční hovor s operačním sálem

Požaduje zadavatel funkci jako možnost, tedy jako funkci, kterou lze pracovní stanici kdykoli dovybavit a propojit se záznamovou a streamovací jednotkou nebo požaduje, aby uvedená funkce byla již součástí dodávky pracovní stanice?

Funkce konferenčního hovoru s operačním sálem je smysluplná a plně funkční ve spojení s funkcemi záznamového zařízení popsanými v bodech č. 1 a 2- oboustranného přenosu zvuku a pořádání videokonferenčních hovorů a streamování videa a zvuku z operačního sálu na telefony a tablety.

Odpověď č. 4:

Zadavatel požaduje funkci jako možnost, kterou lze záznamovou a streamovací jednotku kdykoli dovybavit.

Dotaz č. 5:

Zadavatel u položky 1.1 „Kamerová řídicí jednotka včetně kamerové hlavy“ požaduje kamerovou řídicí jednotku pro 3-čipovou CMOS nebo CCD FULL HD kamerovou hlavu. V další části popisu „Kamerová hlava“ nicméně uvádí jenom technologii 3-čipovou CMOS FULL HD. Máme za to, že zadavatel v souladu s požadavkem na kamerovou řídicí jednotku opomněl uvést i požadavek na stejnou technologii u kamerové hlavy, tj. 3-čip CMOS nebo 3-čip CCD FULL HD. Bude zadavatel akceptovat technologii 3-čip CCD FULL HD i u kamerové hlavy, jak je zadavatelem požadováno u kamerové řídicí jednotky

Odpověď č. 5:

Ano, zadavatel bude akceptovat technologii 3-čip CCD FULL HD u kamerové hlavy.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 31. 10. 2016 do 11:00 hodin je nově změněn na 9. 11. 2016 do 11:00 hodin.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

V z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674