

Dotaz č.1:

V rámci technické specifikace pro část T-1100 – Ventilátor plicní, je u přístroje vyžadováno: **Automod-zpětnovazební automatická ventilace pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací frekvence řízených dechů a inspiračních tlaků.**

Umožní zadavatel řešení s pomocí duálního, zpětnovazebního režimu pro protektivní ventilaci, s automatickou regulací inspiračních tlaků, který plně respektuje náhlé změny plicní mechaniky a tím je zajištěn předepsaný a požadovaný způsob ventilace, to znamená garanci minimálních a maximálních dechových objemů -normokapnie, automaticky ve vztahu k plicní mechanice? Jedná se o klinicky nevýznamnou odchylku od arbitrárního zadání, která nepředstavuje relevantní odchylku od medicínského účelu přístroje.

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení.

Dotaz č.2:

V rámci technické specifikace pro T-1100 – Ventilátor plicní, je u přístroje vyžadováno: **Záruka 30000 provozních hodin (nebo 5 let) na vestavěný zdroj tlak. vzduchu –turbína s průtokem min 250l/min.**

Umožní zadavatel řešení s turbínou s průtokem min 210l/min, což plně splňuje potřeby ventilační terapie urgentních pacientů? Jedná se o klinicky nevýznamnou odchylku od arbitrárního zadání, která nepředstavuje relevantní odchylku od medicínského účelu přístroje.

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení (nižší výkon turbíny).