

Naše zn.: 2016/150367/FNBRNO-14.7.2 – DrKr/Rj

Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 11. 2016

Veřejná zakázka – Lithotryptor

Vážení,

zadavatel obdržel dne 16. 11. 2016 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Lithotryptor, jehož znění je následující:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky

Žádáme Vás o zodpovězení dotazu týkajícího se veřejné zakázky „Lithotryptor“ ze dne 26. 10. 2016.

Dle zadávací dokumentace a kupní smlouvy je předmětem veřejné zakázky 1 ks mobilního modulárního extrakorporálního litotryptoru pro Centrální operační sály – urologie, včetně instalace, zaškolení a provedení zkoušek dle platné legislativy se závazkem provádění servisních prohlídek předepsaných výrobcem a platnými právními předpisy, zkoušek, validace nebo kalibrace v záruční době bez vyzvání, a to bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.

V zadávací dokumentaci, části IV. Technické podmínky, je uveden požadavek na zajištění kompletního servisu generátoru rázové vlny, citujeme: „*Požadujeme zajištění kompletního servisu (včetně dodávky náhradních dílů, potřebného materiálu, provádění BTK, elektrických revizí, zkoušek dlouhodobé stability) bezplatně na 10 let s předpokládaným počtem ošetřených pacientů: 1000 / jeden rok*“.

Ve věstníku veřejných zakázek, v Oznámení o zahájení zadávacího řízení, je uvedena předpokládaná hodnota zakázky 8 264 462,81 Kč. Žádáme o sdělení, zda se tato předpokládaná hodnota zakázky týká 1 ks mobilního modulárního extrakorporálního litotryptoru včetně min. 2 let záručního servisu nebo zda se tato předpokládaná hodnota týká i kompletního záručního i pozáručního servisu na 10 let?

Odpověď:

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny bylo zajištění kompletního servisu (včetně dodávky náhradních dílů, potřebného materiálu, provádění BTK, elektrických revizí, zkoušek dlouhodobé stability) bezplatně na 10 let s předpokládaným počtem ošetřených pacientů: 1000 / jeden rok.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel FN Brno