

Naše zn.: 2016/152199/FNBRNO-14.7.2 – DrKr/Rj
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 11. 2016

Veřejná zakázka – Lithotryptor

Vážení,

zadavatel obdržel dne 21. 11. 2016 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Lithotryptor, jehož znění je následující:

Dobrý den, v souvislosti s probíhající veřejnou zakázkou na pořízení 1 ks mobilního modulárního extrakorporálního lithotryptoru pro Centrální operační sály - urologie, Pracoviště medicíny dospělého věku, bych Vás chtěl poprosit o zodpovězení níže uvedených dodatečných dotazů.

Dotaz:

Dotaz č. 1.

Zadavatel požaduje: Operační stůl - Automatické polohování pacienta dle zaměřeného kamene pomocí UZ nebo RTG Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme operační stůl s manuálním polohováním?

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje: Generátor rázové vlny - Min. 2 různé velikosti ohniska z důvodu možnosti volby ohniska dle umístění kamene, jeho pohybu při dechu, velikosti kamene, k minimalizaci traumatizace okolní tkáně a vzniku hematomů. Bude zadavatel akceptovat 1 velikost ohniska?

Dotaz č. 3

Zadavatel požaduje: Generátor rázové vlny - Průměr otvoru min. 200 mm. Bude zadavatel akceptovat, pokud nabídneme průměr otvoru 178 mm?

Dotaz č. 4

Zadavatel požaduje: Generátor rázové vlny - Úhel otvoru min. 70°. Bude zadavatel akceptovat úhel otvoru 62°?

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje: Generátor rázové vlny - Penetrační hloubka min. v rozsahu 0-160 mm Bude zadavatel akceptovat penetrační hloubku max. 150 mm?

Odpověď:

Zadavatel ve všech případech trvá na splnění požadavků stanovených zadávací dokumentací za použití odchylky +/- 10 % od uvedených parametrů (bod IV. Technické podmínky, str. 4 zadávací dokumentace).

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno