

BIO-RAD spol. s.r.o.  
Nad Ostrovem 1119/7  
147 00 Praha 4

Naše zn.: 2016/157682/FNBRNO - 14.7.2 – DrK/Rj  
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 12. 2016

### **Veřejná zakázka – Plně automatický flexibilní imunohematologický analyzátor**

Oznamujeme Vám, že zadavatel v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

#### **vyloučil**

Vaši společnost z další účasti v zadávacím řízení.

#### **Odůvodnění:**

Zadavatel zjistil, že Vaše nabídka z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách nesplňuje následující požadavky zadavatele:

- o Nabízený přístroj IH 1000 neumožňuje vyšetření titrace protilátek, proto firma nabízí bezplatnou zápůjčku dalšího přístroje IH 500 – tato možnost neodpovídá požadavkům stanovených v zadávací dokumentaci a zároveň nejsou splněny podmínky automatického zpracování vzorku.

#### **Poučení:**

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky, které musí být doručeny zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o rozhodnutí o vyloučení. Námitky musí splňovat náležitosti podle § 244 zákona, v opačném případě je zadavatel odmítne.

Zároveň Vám děkujeme za projevený zájem a zaslanou nabídku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno