

**PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

(dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon))

**Veřejná zakázka: Infuzní technika pro chirurgickou kliniku  
dle § 85 odst. 2 písm. a)**

Identifikační údaje zadavatele	Obchodní firma: Fakultní nemocnice Brno Sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno Statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA IČO: 65269705
Předmět veřejné zakázky	<b>Část č. 1</b> 1 ks pumpa infuzní 3 ks dávkovač lineární 1 ks stanice dokovací <b>Část č. 2</b> 24 ks pumpa infuzní 62 ks dávkovač lineární 12 ks stanice dokovací
Cena sjednaná smlouvou /bez DPH/	<b>Část č. 1</b> 182 570 Kč <b>Část č. 2</b> 2 647 800 Kč

**dle § 85 odst. 2 písm. b)**

Zvolený způsob zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
----------------------------------	--------------------------------

**dle § 85 odst. 2 písm. c) – vybraný uchazeč****Část č. 1**

Uchazeč	<b>B. Braun Medical s.r.o.</b>
Sídlo	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČO:	48586285
DIČ:	CZ48586285
Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Zadavatel v souladu s § 79 odst. 6 zákona neprovedl hodnocení nabídky, neboť by hodnotil nabídku pouze jednoho uchazeče.

**Část č. 2**

Uchazeč	<b>Fresenius Kabi s.r.o.</b>
Sídlo	Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
IČO:	25135228
DIČ:	CZ25135228

Důvod výběru	Uchazeč splnil kvalifikační předpoklady a všechny zákonné i zadávací podmínky. Zadavatel v souladu s § 79 odst. 6 zákona neprovedl hodnocení nabídky, neboť by hodnotil nabídku pouze jednoho uchazeče.
--------------	---

**dle § 85 odst. 2 písm. d) – uchazeči a nabídkové ceny**

Uchazeč č. 1

Uchazeč	<b>Fresenius Kabi s.r.o.</b>
Sídlo	Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4
IČO:	25135228
Nabídková cena (bez DPH)	2 647 800 Kč

Uchazeč č. 2

Uchazeč	<b>B. Braun Medical s.r.o.</b>
Sídlo	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČO:	48586285
Nabídková cena (bez DPH)	182 570 Kč

**dle § 85 odst. 2 písm. e) – vyloučení uchazeči**

Uchazeč	<b>B. Braun Medical s.r.o.</b>
Sídlo	V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ:	48586285
Důvod vyloučení	Uchazeč nesplňuje požadavek zadavatele v <b>části č. 2</b> tím, že přístroje nemají rukojeť u každého přístroje pro přenos a držáky na stojan nebo eurolištu a do dokovací stanice jde uložit pouze 4 přístroje.

**dle § 85 odst. 2 písm. f) – odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu**

-----

**dle § 85 odst. 2 písm. g) – zdůvodnění použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění**

-----

**dle § 85 odst. 2 písm. h) – důvod zrušení zadávacího řízení**

-----

Zpráva zpracována dne:	6. 12. 2016
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	MUDr. Roman Kraus, MBA
Podpis oprávněné osoby zadavatele	
Razítko zadavatele	

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz