

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 12. 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Lůžko porodní polohovací
2016-EZAK-VZ-1295

Dotaz č. 1:

V technické specifikaci odstavec technická specifikace (příloha č. 1) je požadavek zadavatele "úhel nastavení zádového dílu -10° až 65°". Bude zadavatelem akceptován úhel nastavení zádového dílu v rozsahu -12° až 70°?

Odpověď č. 1:

Ano, zadavatel bude akceptovat úhel nastavení zádového dílu v rozsahu -12° až 70°.

Dotaz č. 2:

V technické specifikaci odstavec příslušenství (příloha č. 1) je požadavek zadavatele "záložní akumulátor se signalizací nabití". Bude zadavatelem akceptována nabídka záložního akumulátoru bez signalizace nabití?

Odpověď č. 2:

.Ano, zadavatel bude akceptovat záložní akumulátor bez signalizace nabití.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 12. 12. 2016 do 11:00 hodin je nově změněn na **16. 12. 2016 do 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805