

Naše zn.: 2016/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 12. 2016

Odpověď na dotazy k VZMR – Mikrocentrifuga
2016-EZAK-VZ-1302

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat centrifugu s vnitřní kapacitou 48 ml při splnění všech ostatních požadavků na přístroj?

Odpověď č. 1:

Pokud všechny ostatní požadavky na centrifugu a příslušenství budou splněny, bude zadavatel akceptovat centrifugu s vnitřní kapacitou 48 ml.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805