

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 3. ledna 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Přístroj pro Real-time PCR
2016-EZAK-VZ-1305

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel jako součást nabízeného plnění akceptovat takový notebook, který bude mít u přístroje display port (namísto místo HDMI konektoru)

Odpověď č. 1:

ANO, pokud součástí nabídky bude přechodka DP-HDM "

Dotaz č. 2:

nebude mít český popis klávesnice

Odpověď č. 2:

ANO, pokud součástí nabídky budou přelepky se znaky pro českou klávesnici

Dotaz č. 3:

a bude mít parametry pro 64-bitový operační systém Windows 10, ale bude mít nainstalovaný 32-bitový operační systém Windows 7?

Odpověď č. 3:

ANO, pokud součástí nabídky bude MS W10 Pro CZ 64 bit s možností downgrade na MS W7 Pro CZ 64 bit (včetně podpory ovladačů) – nainstalovaný může být 32 bitový MS Windows 7 Professional

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 5. 1. 2017 do 11:00 hodin je nově změněn na **9. 1. 2017 do 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805