

Naše zn.: 2017/15529/FNBRNO -14.7.1 – DrKr/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 1. 2. 2017

Veřejná zakázka – Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance

Vážení,

zadavatel obdržel dne 30. 1. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V zadávací dokumentaci požaduje zadavatel v čl. IV Technické podmínky, bodu V. další součásti dodávky, jako součást dodávky mj. i MR kompatibilní anesteziologický přístroj včetně monitoringu anesteziologických plynů. Dle našich informací lze požadovaný monitoring anesteziologických plynů provádět dvěma způsoby – na anesteziologickém přístroji, jak zadavatel požaduje, nebo na monitoru vitálních f-cí. Dle našich zkušeností je varianta monitoringu prováděného na monitoru vitálních f-cí pro zadavatele výhodnější vzhledem k tomu, že veškeré informace o stavu pacienta včetně aktuálních hodnot anesteziologických plynů má k dispozici na externím displeji monitoru vitálních f-cí v ovladovně.

Bude zadavatel akceptovat dodání monitoringu anesteziologických plynů nikoli v rámci MR kompatibilního anesteziologického přístroje, ale v rámci MR kompatibilního monitorovacího systému vitálních funkcí, který má být rovněž součástí dodávky.

Odpověď:

Zadavatel nadále trvá na tom, aby monitoring anesteziologických plynů byl dodán v rámci MRI anesteziologického přístroje, nikoliv na monitoru vitálních funkcí.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz