

Naše zn.: 2017/18009/FNBRNO -14.7.1 – DrKr/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 2. 2017

Veřejná zakázka – Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance

Vážení,

zadavatel obdržel dne 2. 2. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V textu ZD „IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY“, části „I. Magnetická rezonance“ je uvedeno :

1. v odstavci „Radiofrekvenční systém“ jste specifikovali požadavek na „minimálně 64 kanálový akviziční systém“.

Protože v části „Cívky“ nepožadujete cívkové vybavení, které by umožňovalo použití více než cca 24 cívkových elementů ve FOV, domníváme se, že tento požadavek reflektuje pouze specifikum jednoho konkrétního řešení jednoho výrobce a klinický požadavek je ve skutečnosti specifikován v odstavci „Cívky“.

Dotaz č. 1:

Připouští zadavatel splnění klinického požadavku dodáním přístroje, který umožňuje použití až 48 kanálů v jednom FOV s pokrytím anatomie pacienta až 204 současně připojitelnými cívkovými elementy?

Odpověď: Zadavatel trvá na dodání „minimálně 64 kanálového akvizičního systému“.

2. v odstavci „Cívky“ je požadována „multikanálová cívka pro pokročilá vyšetření mozku a hlavy – min 20 kanálů“ a dále „kombinovaná hlavová a krční (neurovaskulární) cívka“.

Dotaz č. 2:

Připouští zadavatel plnění obou těchto bodů jednou hlavokrční cívkou o minimálně 20 kanálech?

Odpověď: Zadavatel trvá na dodání multikanálové cívky pro pokročilá vyšetření mozku a hlavy – min. 20 kanálů a kombinovanou hlavovou a krční (neurovaskulární) cívku.

3. v odstavci „Cívky“ požaduje zadavatel „sada cívek pro celotělové pokrytí umožňující zobrazení celého těla v kvalitě lokální cívky s možností využití cívek výše jmenovaných“

Dotaz č. 3:

Má tím zadavatel na mysli pokrytí celé anatomie lokálními cívkami a možnost provést toto celotělové vyšetření bez manipulace s pacientem či cívkami?

Odpověď: Zadavatel požaduje sadu cívek pro celotělové pokrytí umožňující zobrazení celého těla v kvalitě lokální cívky s možností využití cívek výše jmenovaných bez manipulace pacienta.

4. v odstavci „Cívky“ požaduje zadavatel „cívku pro vyšetření trupu a srdce – min. 32 kanálů“

Dotaz č. 4:

Připouští zadavatel pokrytí uvedené anatomie kombinací cívek s minimálním počtem 32 kanálů?

Odpověď: Zadavatel připouští cívku pro vyšetření trupu a srdce kombinací cívek s minimálním počtem 32 kanálů.

5. v odstavci „Požadovaná vyšetření + sekvence“ je požadováno mimo jiné zobrazování prsů.

Dotaz č. 5:

Požaduje zadavatel pro vyšetření prsů dedikovanou prsní cívku, či předpokládá využití povrchové cívky tělové?

Odpověď: Zadavatel požaduje pro vyšetření prsu dedikovanou prsní cívku.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno