

Naše zn.: 2017/22140/FNBRNO -14.7.1 – DrKr/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 14. 2. 2017

Veřejná zakázka – Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance

Vážení,

zadavatel obdržel dne 9. 2. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V odpovědi na doplňující dotazy k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Vybavení FN Brno pro návaznou péči – magnetická rezonance“ ze dne z 6. 2. 2017 zadavatel mj. uvádí následující: “Zadavatel trvá na dodání multikanálové cívký pro pokročilá vyšetření mozku a hlavy – min. 20 kanálů a kombinovanou hlavovou a krční (neurovaskulární) cívkou.”

V zadávací dokumentaci v preambuli k požadavkům na cívkové vybavení však zadavatel rovněž uvádí, že nabízené cívký musí být navrženy tak, aby pokryly rozsah požadovaných vyšetření. Proto se ptáme:

Chápeme správně požadavek zadavatele na cívkové vybavení uvedený v odpovědi na doplňující dotazy ze dne 6. 2. 2017 v kontextu s požadavkem uvedeným ve výše citované preambuli tak, že zadavatel požaduje samostatnou dedikovanou multikanálovou hlavovou cívkou a samostatnou dedikovanou kombinovanou hlavokrční (neurovaskulární) cívkou s tím, že uvedené cívkové vybavení musí umožňovat požadovaný rozsah vyšetření, tj. vyšetření mozku a hlavy s využitím min. 20 akvizitních kanálů?

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodání multikanálové cívký pro pokročilá vyšetření mozku a hlavy – min. 20 kanálů a kombinovanou hlavovou a krční (neurovaskulární) cívkou.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz