

Naše zn.: 2017/25345/FNBRNO -14.7.2 – DrKr/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 2. 2017

Veřejná zakázka – Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve

Vážení,

zadavatel obdržel dne 15. 2. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Odběrové soupravy a náhradní roztoky na odběr a zpracování krve, ke kterému sděluje následující:

Dotaz:

V kapitole IV.technické podmínky první řádek píšete: *Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.* V téže kapitole v odst. Výpůjčka přístrojů píšete: *Přístroje zadavatel nepožaduje nové, požaduje s dvouletou zárukou nerepasované*

Dotaz :

Tyto dva požadavky jsou v rozporu. Který z nich platí?

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že zboží (odběrné vaky a náhradní roztoky) požaduje nové. Přístroje zadavatel nepožaduje nové, ale požaduje je nerepasované.

Dotaz :

Proč požadujete dvouletou záruku, když výpůjčka zahrnuje čtyřletý full service tedy 4 roky opravy a validace zdarma.

Odpověď:

Zadavatel uvádí, že požaduje čtyřletý full service. Na základě těchto odpovědí bude změněna zadávací dokumentace a dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz