

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1 – Va/So  
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. března 2017

## **VZMR – Anesteziologické přístroje, ev.č. 2017-EZAK-VZ-1328**

### **Odpověď na dotaz**

#### **Dotaz č. 1:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, na straně 5 požaduje Elektronický plně automatický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou s režimem řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta dle hodnot koncentrace O<sub>2</sub> a et koncentrace aplikovaného anestetika.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení splňující požadovaný medicínský účel, a to kvalitní anesteziologický přístroj renomovaného výrobce bez automatického řízení anestezie?

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel trvá na znění technické specifikace – požadujeme režim řízení anestezie na základě metabolické spotřeby pacienta.

#### **Dotaz č. 2:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, na straně 5 požaduje zobrazení a záznam nastavení odpařovače na displeji ventilátoru, zobrazení typu odpařovače a úroveň jeho naplnění.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení splňující požadovaný medicínský účel, a to kvalitní anesteziologický přístroj renomovaného výrobce nezobrazující úroveň naplnění odpařovače na displeji ventilátoru?

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel trvá na znění technické specifikace – požadujeme zobrazení typu odpařovače a úroveň jeho naplnění.

#### **Dotaz č. 3:**

Zadavatel v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, na straně 5 požaduje kromě jiných režimů SIMV+PS, PRVC.

Bude zadavatel akceptovat kvalitní anesteziologický přístroj renomovaného výrobce splňující požadovaný medicínský účel s ventilačními režimy stejného významu, avšak s jiným označením?

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel bude akceptovat jiný název/označení požadovaných ventilačních režimů, pokud budou plně odpovídat principu SIMV+PS, PRVC.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Lenka Soukupová, tel. 532 233 640