

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1 – Va/So
Vaše zn.: -

V Brně dne 10. března 2017

VZMR – Mycí a dezinfekční automat, ev.č. 2017-EZAK-VZ-1329

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat nabídku myček bez prosklených dveří ? Vizuální kontrola u námi nabízených myček není nutná, protože naše přístroje snímají otáčky mycích ramen a jejich zastavení nebo nízký počet otáček z důvodů narážení do mytých předmětů je hlášen na displeji a obsluha může sjednat nápravu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku myčky bez prosklených dveří.

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat nabídku myček s kapacitou 14-ti párů OP obuvi ? Rozdíl v kapacitě oproti požadovaným 15-ti párům je zanedbatelný, rozdíl v ceně přístroje však značný.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku myčky s kapacitou 14-ti párů obuvi.

Dotaz č. 3:

Bude zadavatel akceptovat nabídku myček s neutrálním čistícím a dezinfekčním prostředkem, který není třeba neutralizovat ? Tento prostředek umožní zkrácení mycích cyklů a úsporu finančních prostředků za neutralizaci.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku myčky s neutrálním čistícím a dezinfekčním prostředkem.

Dotaz č. 4:

Bude zadavatel akceptovat nabídku myček s připojením na 400 V/ 50 Hz s jistěním 3 x 16A ? Připojení na tři fáze umožní při nižším jistěním rychlejší topení a tím i zkrácení doby jednotlivých mycích a dezinfekčních cyklů

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel bude akceptovat i nabídku myčky s připojením na 400 V / 50 Hz s jistěním 3 x 16 A.

Dále zadavatel mění bod č. 8 Lhůta a místo podání nabídky. **Nový termín je 23. 3. 2017.**
Ostatní zůstává beze změn.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Lenka Soukupová, tel. 532 233 640