

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ On  
Vaše zn.: -

V Brně dne 4. 4. 2017

**Odpověď na dotazy k VZMR – Sítnicový laser**  
2017-EZAK-VZ-1351

**Dotaz č. 1:**

Technická specifikace laseru: bod aplikační výstup hlavový nepřímý oftalmoskop

- Hlavový nepřímý oftalmoskop má být součástí dodávky laseru?  
Pokud ne, prosíme o specifikaci stávajícího nepřímého oftalmoskopu.

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Nepřímý aplikační oftalmoskop musí být součástí dodávky.

**Dotaz č. 2:**

Technická specifikace laseru: bod šíře stopy paprsku: 50 až 500 mikrometrů kontinuálně nastavitelná

- Týká se tento parametr výstupu přes hlavový nepřímý oftalmoskop?

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Tento parametr se týká výstupu z laseru.

**Dotaz č. 3:**

Technická specifikace laseru: intervalová doba: od 0,05s až 0,1s

- Akceptuje zadavatel intervalovou dobu 0,1s až 0,7s? Tento parametr neovlivňuje požadovaný účel přístroje.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

Zadavatel bude předloženou dobu akceptovat.

**Termín podání nabídky**

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 5. 4. 2017 do 11:00 hodin je nově změněn na **11. 4. 2017 do 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská  
vedoucí obchodního oddělení  
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805