

Naše zn.: 2017/ 55694 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 20. 4. 2017

Veřejná zakázka – Vybavení FN Brno pro návaznou péči - lůžka

Vážení,

zadavatel obdržel dne 18. 4. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Vybavení FN Brno pro návaznou péči - lůžka, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci v kapitole „III. KVALIFIKACE ÚČASTNÍKA“ v bodě „Technická způsobilost dle § 79 odst. 2 písm. b), k) a l) zákona a způsob jejího prokázání“ vyžaduje pro část č. 1: „Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorek - 1 ks nemocničního lůžka, který bude použit k otestování procesu mytí a dezinfikování v Centrální úpravně lůžek (CÚL) FN Brno.“

Uchazeč žádá o upřesnění požadavku, zda chápe správně, že z výše uvedeného vyplývá nutnost dodat vzorek 1 ks nemocničního lůžka dle specifikace v Části 1: „Nemocniční lůžko“ a to včetně technologie RFID pro prokázání kompatibility vzorku s CÚL v termínu před odevzdáním nabídky na kontaktech uvedených v zadávací dokumentaci a za podmínek stanovených pro odevzdání vzorku?

Odpověď:

Ano, dodavatel chápe správně, že je povinen pro část č. 1 předložit vzorek 1 ks nemocničního lůžka včetně RFID technologie pro prokázání kompatibility vzorku s procesem mytí a dezinfikování v Centrální úpravně lůžek (CÚL). Vzorek bude předložen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek, tj. do 28. 4. 2017 do 9.00 hod.

Dotaz č. 2:

Bude možné v rámci implementace vytvořit vlastní SSID pro potřeby WiFi lokalizace s přístupem WPA2-PSK?

Odpověď:

Ano. Zadavatel umožní vytvoření vlastní SSID pro potřebu lokalizace se šifrováním WPA2-PSK.

Dotaz č. 3:

Bude možné v rámci implementace směrovat veškerý datový provoz pro potřeby lokalizace v separátní VLAN síti, kde bude možné zapnout DHCP a datový provoz bude směrován na záznamový server?

Odpověď:

Ano, zadavatel umožní vytvoření separátní VLAN a zapnutí DHCP.

Dotaz č. 4:

Jaké typy přístupových bodů jsou v současné době ve FN Brno využívány (výrobce, typ)?

Odpověď:

Ve FN Brno jsou v současnosti využívány tyto typy WI-FI prvků - Wireless Controller - Cisco 5520 v SSO, AP - CISCO AIR-CAP1702I-E-K9.

Dotaz č. 5:

Umožní zadavatel provoz SW aplikace pro účely lokalizace na virtuálním serveru v datovém zázemí FN Brno?

Odpověď:

Ano, zadavatel umožní provoz SW aplikace pro lokalizaci na virtuálním serveru v datovém zázemí FN Brno.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz