

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 24. 4. 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Elektrofyziologický diagnostický systém
2017-EZAK-VZ-1365

Dotaz č. 1:

Uchazeč nabídne namísto PC systému s obslužným monitorem 19" nyní notebook DELL, inspiron, se 17" FULL HD obrazovkou, i5 procesorem, 8 GB RAM, HDD 1TByte, s OS Windows 10, s wifi barevnou laserovou tiskárnou?

Tato změna byla spojena s dalším vývojem systému RETI-port/scan 21 v souladu se zavedením normy EN 60601-1 3. Vývoj je ukončen a přístroj splňuje všechny parametry pro bezpečnost pacientů.

Požadované systémové vybavení PC není již v tuto chvíli na trhu k dispozici. Jako náhradu výrobce dodává výše uvedené, které splňuje stoprocentně medicínský účel a je dokonce na vyšší úrovni než původně nabízené.

Výpočetní technika je neoddělitelnou součástí sestavy elektrofyziologické jednotky, která musí být dodána a nakonfigurována s přístrojem jako komplet. Pouze v takovém případě je možné vystavit k celé sestavě prohlášení o shodě a poskytnout záruku na kompletní systém. Tato sestava umožňuje vyšetření nejen dětí, ale i dospělých pacientů podle ISCEV standardů a umožňuje větší rozsah použití v diagnostice malých i velkých pacientů.

Bude zadavatel akceptovat toto řešení a nevyřadí uchazeče z účasti v zadávacím řízení VZMR, pokud tento nabídne výše uvedené řešení, které technicky převyšuje požadované parametry?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení dodavatele.

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 24. 4. 2017 do 11:00 hodin je nově změněn na **26. 4. 2017 do 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805