

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ Eg
Vaše zn.: -

V Brně dne 26. 4. 2017

Odpověď na dotaz k VZMR – Ultrazvukový přístroj pro GPK

Dotaz č. 1:

Rád bych se u zadavatele informoval na alternativní parametry, respektive jejich akceptovatelnost.

Bude zadavatel akceptovat:

Přístroj o úhlopříčce: 19"

Hmotnost: 85 kg

Rozměrová hloubka: 83,5cm

Všechny ostatní parametry jsou splnitelné dle zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1:

„Zadavatel trvá na původní specifikaci a nebude akceptovat nabízení řešení.“

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784