

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ Eg
Vaše zn.: -

V Brně dne 10.5. 2017

Odpověď na dotaz k VZMR – PCR box s UV lampou

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat technické řešení kdy podmínka vnitřní elektrické zásuvky by byla nahrazena pouze otvorem v PCR boxu, kterým může vést kabel z přístroje přes PCR box do zásuvky ve stěně?

Odpověď č. 1:

„Nebudeme akceptovat, požadujeme el. zásuvku přímo v boxu.“

Dotaz č. 2:

Bude zadavatel akceptovat UV-C 253,7 nm?

Odpověď č. 2:

„Budeme akceptovat.“

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

v z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784