

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 11. května 2017

Odpověď na dotazy k VZMR - Laminární box ev.č. 2017-EZAK-VZ-1381

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje elektricky posuvné čelní okno. Námi nabízený box má manuálně posuvné okno s protizávažím, takže chod je díky tomu tak lehký, že i křehká žena s ním dokáže posouvat jediným prstem - rádi pro Vás vytvoříme demonstrační video. Prosíme zadavatele o opakované zvážení tohoto požadavku. Byla by škoda, pokud bychom se nemohli kvůli takovému detailu o zakázku ucházet. Bude zadavatel akceptovat i manuální posuv, pokud bude s protizávažím?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje výšku prostupu pro ruce 200 až 250 mm. Námi nabízený box má 190 mm, což je jen o jediný centimetr méně. Jinak při vypnutém boxu lze okno vysunout až do výšky 47 cm, např. pro vkládání materiálu nebo objemné aparatury. Prosíme zadavatele o opakované zvážení tohoto požadavku. Byla by škoda, pokud bychom se nemohli kvůli takovému detailu o zakázku ucházet. Bude zadavatel akceptovat i výšku prostupu 190 mm?

Odpověď č. 2:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje ovládání v češtině. Námi nabízený box má ovládání pomocí obrázkových symbolů a text na displeji je anglicky. Laminární boxy obecně jsou velmi jednoduché na obsluhu a jsem si jistý, že není potřeba velká znalost angličtiny pro porozumění ovládání boxu. Bylo by neobvyklé, pokud by obsluha našemu systému neporozuměla. Prosíme zadavatele o opakované zvážení tohoto požadavku. Byla by škoda, pokud bychom se nemohli kvůli takovému detailu o zakázku ucházet. Bude zadavatel akceptovat i námi uváděný systém ovládání?

Odpověď č. 3:

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje UV lampu s magnetickým přichycením uvnitř boxu. Námi nabízený box má UV lampu fixně připevněnou po téměř celé zadní stěně, díky čemuž zajišťuje velmi homogenní osvit pracovního prostoru, aniž by obsluha musela lampu v pracovním prostoru přemísťovat. Náš systém je

tedy lepší než malé magnetické UV lampy. Prosíme zadavatele o opakované zvážení znění tohoto požadavku. Bude zadavatel akceptovat i námi uváděný systém uchycení UV lampy?

Odpověď č. 4:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

v z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel.: 532 232 674