

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. 6. 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Gynekologické vyšetřovací stoly II
2017-EZAK-VZ-1417

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci a technické specifikaci zadání předmětu plnění v rámci veřejné zakázky s názvem „2 ks gynekologických vyšetřovacích stolů“, zadavatel požaduje dodávku gynekologického vyšetřovacího křesla – stolu s rozměry: šířka x délka 65 x 155 cm vsedě (vleže 180 cm)

Chtěli bychom se dotázat, zda zadavatel umožní a bude plně akceptovat nabídku a potencionální dodávku gynekologického vyšetřovacího křesla s rozměry: šířka x délka 60 x 133 cm vsedě (vleže 195 cm). Námi nabízené křeslo svými parametry plnohodnotně odpovídá účelu použití, nabízí dostatečný komfort a pohodlí vyšetřovaným pacientkám stejně tak dostatečný uživatelský komfort a exkluzivní funkční parametry odbornému personálu.

Odpověď č. 1:

NE, zadavatel neumožní a nebude akceptovat nabídku na gynekologické vyšetřovací křeslo s rozměry: šířka x délka 60 x 133 cm

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci a technické specifikaci zadání předmětu plnění v rámci veřejné zakázky s názvem „2 ks gynekologických vyšetřovacích stolů“, zadavatel požaduje dodávku gynekologického vyšetřovacího křesla – stolu s rozsahem nastavení pohybu zádové části 0° až +60°

Chtěli bychom se dotázat, zda zadavatel umožní a bude plně akceptovat nabídku a potencionální dodávku gynekologického vyšetřovacího křesla s rozsahem nastavení pohybu zádové části 0° až +50° (elektromotoricky), variabilní elektromotorickým nastavením pánevní části v rozsahu +20° a možností elektromotorického nastavení polohy trendelenburg a antitrendelenburg (vleže) v rozsahu -20°/+20°.

Odpověď č. 2:

NE, zadavatel neumožní a nebude akceptovat nabídku na gynekologické vyšetřovací křeslo s rozsahem nastavení zádové části 0° - 50°

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805