

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ Eg
Vaše zn.: -

V Brně dne 29.6. 2017

Odpověď na dotaz k VZMR – Přístroj na šokové zmražení krevní plazmy II

Dotaz č. 1:

Vzhledem k tomu, že je požadován přístroj, který je chlazen vodou, je nutné jeho připojení na vodoinstalaci.

Požadujete v rámci nabídky jako přílohu specifikovat požadavky na přípojná místa zajišťovanými ze strany kupujícího?

Odpověď č. 1:

„Ano, požadujeme jako přílohu specifikaci požadavků na přípojná místa zajišťované ze strany kupujícího.“

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel.: 532 232 784