

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/On
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. července 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Inkubátor s třepačkami ev.č. 2017-EZAK-VZ-1465

Dotaz č. 1:

V technických parametrech je požadavek na dvojité dveře (skleněné/průhledné).

Bylo by možné nabídnout přístroj, který absolutně splňuje vaše technické požadavky nebo je překračuje, ale má pouze jedny prosklené dveře?

Odpověď č. 1:

Zadavatel nesouhlasí s navrhovaným řešením a trvá na původní specifikaci.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805

v z. Iva Momirovová, tel.: 532 232 674