

Naše zn.: 2017/ 103102 /FNBRNO -14.7.2 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 27. 7. 2017

Veřejná zakázka – Pozáruční servis plicních ventilátorů pro DUPV

Vážený,

zadavatel obdržel dne 24. 7. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Pozáruční servis plicních ventilátorů pro DUPV, ke kterému sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Podle informací, které máme k dispozici, byly všechny plicní ventilátory uvedené v příloze č.1 smlouvy o poskytování servisních služeb uvedeny do provozu (předány zadavateli k užívání) dne 24. ledna 2015 a posledním dnem trvání záruční doby je tedy 23. leden 2017. Za předpokladu, že jsou uvedené informace pravdivé, žádáme zadavatele o úpravu přílohy č. 1 smlouvy o poskytování servisních služeb.

Odpověď:

Podle zjištění zadavatele skončila záruční doba u všech plicních ventilátorů uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace a současně smlouvy o poskytování servisních služeb skutečně dne 23.1.2017. Na základě tohoto bude do zadávací dokumentace vložena nová verze přílohy č. 1 a současně bude upravena také příloha č. 2 návrh smlouvy o poskytování servisních služeb včetně přílohy č. 1 této smlouvy.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz