

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 27. 7. 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Systém pro vysoce citlivou separaci a kvantifikaci nukleových kyselin

2017-EZAK-VZ-1464

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

máme dotaz týkající se počítače, který má být dodán společně s Analyzátořem nukleových kyselin.

Do soutěže budeme nabízet přístroj, ke kterému výrobce automaticky dodává řídicí stanici (notebook) konfigurovanou tak, aby byla kompatibilní se softwarem přístroje a aby byla zaručena bezchybná komunikace s přístrojem.

Ve výzvě k podání nabídky je požadováno dodání počítače a jsou uvedeny jeho specifikace, které se liší od parametrů notebooku, který dodáme s přístrojem.

Zajímalo by nás, jestli je tímto vyspecifikovaným počítačem myšlena řídicí stanice k přístroji nebo zda si zadavatel přeje dodat navíc ještě další nezávislý počítač dle uvedených specifikací. Pokud se tento požadavek týká řídicí stanice a není požadován další počítač, potom se ptáme, zda můžeme místo počítače vyspecifikovaného ve Výzvě k podání nabídky na str. 6 dodat řídicí stanici dodávanou výrobcem.

Odpověď č. 1:

PC je požadováno jako řídicí stanice k analyzátoru a zadavatel nepožaduje instalaci jiného SW FN Brno. Protože se bude jednat o PC dedikované pouze k analyzátoru, lze jej za mě nahradit PC mimo požadované parametry.

Parametr	Minimální požadované parametry
Procesor	v konfiguraci s min. výkonem 3900 bodů dle http://www.cpubenchmark.net/
Úhlopříčka displeje	15,6" matný
Rozlišení displeje	1 920 x 1 080
Display	Full HD
RAM	4 GB DDR4 2133MHz SDRAM (1x 4 GB)
HDD	1TB (5400 ot./min)
Čtečka karet	ano
Mechanika	ano
USB 2.0	2x
USB 3.0	1x
WIFI	ano
D-Sub	ano
HDMI	ano
Bluetooth	ano
LAN	10/100/1000 Mbps
Výdrž baterie udávaná výrobcem	neuveďeno
Zvuková karta integrovaná	ano
Webová kamera	ano
Stereo reproduktory	ano
Klávesnice	US/CZ s českým popisem
Operační systém	Windows 10 Professional

Termín podání nabídky

Zadavatel mění bod 8. a původní termín pro podání nabídky 1. 8. 2017 do 11:00 hodin je nově změněn na **7. 8. 2017 do 11:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

v.z. Ing. Hana Egerlová

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805