

Naše zn.: 2017/104795/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 31. 7. 2017

Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 27. 7. 2017 dotaz k části 13 shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému sdělujeme následující:

Dotaz	
Znění dotazu:	Záznamové zařízení Full HD 1. možnost připojení stávajících endoskopických, laparoskopických, robotických zdrojů video signálu Abychom mohli garantovat splnění tohoto požadavku, prosíme o upřesnění- jaké jsou konkrétní typy endoskopických, laparoskopických a robotických zdrojů video signálu? Děkujeme za doplnění.
Odpověď:	V současné době Gynekologicko-porodnická klinika používá následující kamerové jednotky: - Image 1 pure HD CCU (+kamerová hlava Image 1H3-Z) od výrobce Karl Storz - CV-190 (+ kamerová hlava CH-S190-XZ-E) od výrobce Olympus - CV-180 (+ kamerová hlava OTV-S7H-N) od výrobce Olympus

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno