

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 1. 8. 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Chlazený termostat
2017-EZAK-VZ-1467

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat u technického požadavku "Automatický test po zapnutí a během provozu" - řešení: test EPROM tzn. při zapnutí přístroje, v případě, kdy se objeví během procesu problém, nahlásí přístroj chybu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude navrhované řešení akceptovat.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805