

Naše zn.: 2017/105865/FNBRNO-14.7.2-DrKr/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 2. 8. 2017

Veřejná zakázka: FN Brno modernizace onkogynekologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 28. 7. 2017 dotazy k části 13 shora uvedené veřejné zakázky, ke kterým sdělujeme následující:

Dotaz č. 1	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že zařízení a to kamerová jednotka, zdroj světla, kamerová hlava a optika budou umožňovat využití úzkopásmového zobrazení (významně zvyšuje viditelnost vlásečnic, žil a ostatních tkáňových struktur), založeného na filtraci světla přes skleněný filtr nebo jiné metody zajišťující zvýraznění požadovaných struktur. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat, pokud uchazeč ve své nabídce doloží, že disponuje adekvátní technologií spektrálního režimu, jehož výstup je zobrazen jako real-time overlay živého endoskopického obrazu, umožňující zvýrazněním živého obrazu rozpoznávat tkáně, prokrvení tkání a zobrazení tloušťky tkání, známé také pod obchodním názvem biooptico?
Odpověď:	Zadavatel nikde v detailní specifikaci pro část č. 13 neuváděl, že je možno nabídnout přístroj s jinou metodou zajišťující zvýraznění požadovaných struktur. Zadavatel trvá na svém zadání principu úzkopásmového zobrazení.

Dotaz č. 2	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že kamerová hlava musí mít minimálně 3 programovatelná tlačítka na kamerové hlavě s ovládáním zoomu a ostření. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše řešení, které nabízí 2 programovatelné tlačítka, na kterých lze současně nastavit 4 volitelné funkce (krátký a dlouhý stisk), a ovládání ostření je také umístěno na kamerové hlavě.
Odpověď:	Zadavatel trvá na požadavku minimálního počtu tří ovládacích tlačítek na kamerové hlavě.

Dotaz č. 3	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že kamerová 4K UHD Kamerová jednotka bude ovládána bezdotykovým displejem. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše technické řešení, kdy náš přístroj je celý ovládán přes intuitivní prostředí dotykového tabletu?
Odpověď:	Zadavatel nikde v detailní specifikaci pro část č. 13 pro ovládání kamerové jednotky nepožadoval ovládání této jednotky bezdotykovým displejem. Zadavatel pro kamerovou jednotku 4K UHD požaduje ovládání pomocí dotykového displeje a na tomto svém požadavku trvá.

Dotaz č. 4	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že hlavní 4K UHD LCD monitor úhlopříčka minimálně 31“, certifikace MDE umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni a asistenční 4K UHD LCD úhlopříčka minimálně 55“, certifikace MDE bude umístěn na samostatném stojanu. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat naše řešení, kde je hlavní 4K UHD LCD monitor úhlopříčka 58“ nebo 55" certifikace MDE umístěn na přístrojovém vozíku a asistenční 4K UHD LCD úhlopříčka 32“ je umístěn na samostatném stojanu?
Odpověď:	Z důvodu větší operativnosti pro urgentní neplánované výkony zadavatel požaduje umístění menšího displeje (31“) na kloubové rameno uchycené k laparoskopickém vozíku a pro plánovanou operativu umístění většího displeje (55“) na samostatném pojízdném stojanu s možností nastavení umístění výšky monitoru. Zadavatel nebude akceptovat navržené řešení.

Dotaz č. 5	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, zdroj světla byl xenon 300W s integrovaným záložním halogenovým zdrojem světla s automatickým náběhem o výkonu nejméně 35W. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy je zdroj světla LED s výkonem ekvivalentním 300W xenonovému zdroji světla, kdy výdrž LED zdroje světla je 30.000 hodin (cca. 14 let při použití 40 hod./týden) se 7 letou zárukou a kompatibilní s běžně používanými světelnými kabely?
Odpověď:	Zadavatel bude akceptovat, pokud uchazeč jako náhradní světelný zdroj dodá LED zdroj světla s výkonem ekvivalentním 300 W xenonovému zdroji světla, kdy životnost LED zdroje světla bude min. 30 000 hodin se 7 letou zárukou a zdroj LED světla bude kompatibilní s běžně používanými světlovodnými kabely?

Dotaz č. 6	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, autoklávovatelný světlovodný kabel o průměru 4,25mm a délce 3m. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy průměr světelného kabelu je 3,5mm nebo 5mm a o délce 2,7m nebo 4m?
Odpověď:	Zadavatel bude akceptovat, pokud dodaný světlovodný kabel bude mít průměr 5 mm a bude mít délku 2,7 m nebo 4 m a výrobcem optiky bude schválena jeho kompatibilita s dodanou optikou.

Dotaz č. 7	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že insuflační jednotka podporuje odsávání kouře řízené HF jednotkou s volitelnou intenzitou odsávání kouře a aerosolu. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy odtah kouře je řešen samostatným přístrojem?
Odpověď:	Zadavatel bude akceptovat i takové řešení, kdy odtah kouře je řešen samostatným přístrojem, pokud tento bude řízen HF jednotkou.

Dotaz č. 8	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj poskytuje možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm . Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy podle našeho názoru není synergické (synergické – působící dohromady) působení dvou tepelných energií vhodné pro bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing). Součástí generátoru je bipolární vessel sealing systém LigaSure na rychlé a bezpečné zatavení cév do průměru 7 mm včetně působením pouze pokročilé bipolární energie?
Odpověď:	Vzhledem k účelu použití u pacientů onkogynekologického centra, je velkou výhodou, pokud si operátor může rozhodnout, jestli pro řez/koagulaci použije ultrazvukovou energii (harmonický skalpel) nebo bipolární energii (elektrokoagulační jednotka) bez nutnosti výměny jednotlivých přístrojů/nástrojů či dokonce jejich současné působení. Zadavatel trvá na svém požadavku synergického působení ultrazvukové a bipolární energie.

Dotaz č. 9	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj obsahuje ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením). Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy Multioborový elektrokoagulační zdroj obsahuje ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů bez programovatelného přiřazení)?
Odpověď:	Vzhledem k požadavku na uložení min. 20 nejčastěji používaných parametrů/nastavení je nutné pro jednotlivá nastavení mít různě přiřazené pedály. Zadavatel trvá na pedálech s programovým přiřazením.

Dotaz č. 10	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj umožňuje uložení min 20-ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy Multioborový elektrokoagulační zdroj poskytuje možnost uložení posledního nastavení všech parametrů.
Odpověď:	Zadavatel trvá na svém požadavku na uložení min. 20 nejčastěji používaných parametrů/nastavení.

Dotaz č. 11	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj s víceúrovňovou kontrolou kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy Multioborový elektrokoagulační zdroj, který neumožňuje víceúrovňovou kontrolu kvality kontaktu neutrální elektrody, ale současně je zajištěna kontrola kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta?
Odpověď:	Zadavatel požaduje víceúrovňovou kvalitu kontrolu kvality kontaktu neutrální elektrody s pacientem.

Dotaz č. 12	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj s funkcí automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy Multioborový elektrokoagulační zdroj, který vzhledem k některým pracovištím, kde mají centrální odtah jak anesteziologických plynů tak i elektrochirurgického kouře je řešen samostatným přístrojem?
Odpověď:	Funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole u elektrokoagulačního přístroje je míněna tak, že elektrokoagulační přístroj bude řídit insuflační jednotku s podporou odsávání kouře (viz specifikace Insuflační jednotky). Zadavatel bude akceptovat i takové řešení, kdy odtah kouře bude řešen samostatným přístrojem, ne insuflační jednotkou, pokud tento bude řízen HF jednotkou.

Dotaz č. 13	
Znění dotazu:	V rámci zadávacích podmínek zadavatele je mj. požadováno, že Multioborový elektrokoagulační zdroj včetně dvojitého pedálu a kabelu pro řízení odsávání kouře. Pro vyloučení případných pochybností si Vás dovoluujeme požádat o následující informaci. Bude zadavatel akceptovat technické řešení, kdy Multioborový elektrokoagulační zdroj je včetně monopolárního dvojitého pedálu a jednoduchého bipolárního pedálu, případně synchronního kabelu odsávačky chirurgického kouře?
Odpověď:	Zadavatel požaduje, aby k elektrokoagulačnímu přístroji byly dodány pedály (jednoduchý a dvojitý) s možností programového přiřazení a dále kabel pro řízení insuflačního přístroje s podporou odsávání kouře vzniklého při chodu elektrokoagulačního přístroje nebo samostatného přístroje pro odtah tohoto kouře.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno