

Naše zn.: 2017../FNBRNO – 15.2.1 – Va/Mo
Vaše zn.: -

V Brně 28. srpna 2017

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je dodávka **3 ks EKG modulu a 4 ks EKG přístroje** pro více klinik Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno a Pracoviště dětské medicíny, Černopolní 9, Brno, dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu nebo obě části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

	Název části	Počet kusů
Část č. 1)	EKG moduly pro PeK a PAČ, PDM	3
Část č. 2)	EKG přístroje	4

Medicínský účel pro část č. 2) - snímání elektrické srdeční aktivity u pacientů

Zadavatel požaduje přístroje nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Přístroje musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Obchodní podmínky

Pro část č. 1: EKG moduly pro PeK a PAČ, PDM

Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.

Délka záruky min. 24 měsíců.

Požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase,).

Označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu).

Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu **do 6 týdnů** od objednání, a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.

Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží pět pracovních dnů před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení FN Brno paní Ivě Momirovové tel: 532 232 674, a písemně na e-mail: Momirovova.Iva@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není Kupující povinen Zboží převzít. Současně, 5 dnů před plánovaným předáním, je prodávající povinen zaslat na uvedený e-mail vyplněnou **Importní tabulku**, která byla součástí výzvy k podání nabídky, a to v elektronické podobě.

Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:

- 1x návod k ovládání Zboží v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf - při předání),
- 1x originální návod (možnost na CD/DVD/USB),
- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce, zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE (na přístroji a v uživatelském manuálu).

V případě, že nabídková cena uchazeče překročí částku 100.000,- Kč vč. DPH, je uchazeč povinen doložit ve své nabídce také návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy - technická specifikace. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Pro část č. 2: EKG přístroje

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

3. Další podmínky zadavatele

Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:

- **ES prohlášení o shodě** v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek (EN 93/42/EEC či IVD EN 98/79/EEC) dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce,
- registrovaný dodavatel a servis v ČR (doklad o splnění zákona č. 268/2014 Sb., § 26 a § 28 v platném znění) - v případě zdravotnického prostředku,

- **návod k přístroji na CD/DVD/USB** (manuál v ČJ a AJ – je-li výroba přístroje mimo ČR),
- **označení přístroje „CE“** (na přístroji a v uživatelském manuálu).

Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokumenty; jejich nedoložení není jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokumenty zadavateli poskytne:

- dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu v záruční a pozáruční době, možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin),
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen,
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje,
- roční náklady na spotřební materiál,
- cena náhradních dílů, které je dle doporučení výrobce nutné po dobu životnosti přístroje pravidelně měnit (cena za ks, perioda výměny),
- celková cena předepsaných servisních služeb (včetně opakovaně měněných ND, PM kitů apod.) po dobu životnosti (uvést výrobcem stanovenou životnost) přístroje (cena za výrobcem předepsané preventivní prohlídky, servisní údržby, kalibrace, validace, revize, ND s omezenou životností, PM (preventive maintenance) / SM (service maintenance) kity...) nebo za dobu 10 ti let (není-li životnost přístroje výrobcem stanovena),
- čestné prohlášení dodavatele, že zabezpečí servisní podporu výrobku na minimálně 10 let od dodání/ukončení výroby,
- doplnění níže uvedené tabulky:

Místo servisu	Servisní práce: KČ/ hod	Cestovné: KČ/ km	Doba nástupu na opravu v záruce / mimo záruku	Zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské opravy	Četnost předepsané servisní kontroly / PBTk	Cena předepsané servisní kontroly / PBTk	Klasifikační třída zdravotnického přístroje
Poznámky							

Pozn.: Tyto dokumenty jsou čistě informativní, požadované za účelem zjištění případných pozáručních servisních podmínek zájemce, možností dokoupení příslušenství, apod.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoli důvodu) až do okamžiku uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu v dílčím plnění s více uchazeči.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude zpracována pro každou část veřejné zakázky zvlášť v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka - **EKG přístroje - část č. ... - Neotevírat**“.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

Nabídka bude obsahovat pro část č. 1: EKG moduly pro PeK a PAČ, PDM

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka pro část č. 1 v případě, že nabídková cena uchazeče překročí částku 100.000,- Kč vč. DPH obsahovat vyplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Nabídka bude obsahovat pro část č. 2: EKG přístroje

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.,
- návrh smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně příloh,
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenovou nabídku dle 4. bodu této výzvy.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka pro část č. 2 obsahovat vyplněný návrh vzorové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 14. 9. 2017 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

**Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno**

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1070 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva
Příloha č. 3 - Importní tabulka

Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Část č. 1) - EKG moduly pro PeK a PAČ, PDM

3 ks

EKG moduly pro přenos naměřených dat.

Technická specifikace:

- Upgrade stávajících 3 ks EKG přístrojů BTL 08LC o komunikační modul (wifi) a licenci na přenos nasnímaných elektrokardiogramů na místní server `btlekg.fnbrno.cz` pro následné prohlížení a zpracování dat v programu BTL-CardioPoint EKG.

Bezdrátové Wi-Fi připojení:

- Podporované přenosové normy: 802.11b, 802.11 b/g, 802.11 g/n (2,4 GHz), 802.11 a/n (5 GHz). Podpora 2,4 GHz pásma a kanály 13 EU a 11 USA.
- Podporované šifrování: WPA2 (TKIP, AES, zadavatel upřednostňuje AES, podporovaná délka klíče min. 16 hexadecimálních znaků).
- Generování WPA2 klíče zajišťuje zadavatel (útvár Centrum informatiky, oddělení systémové a technické podpory), instalaci WPA2 klíče do zařízení zajišťuje dodavatel/servisní organizace.
- Podporované certifikáty: Podpora délky klíče 2048 bitů, podpora hashovací funkce SHA-512. Generování a vystavování certifikátů zajišťuje zadavatel (útvár Centrum informatiky, oddělení systémové a technické podpory), prvotní instalaci certifikátů do zařízení zajišťuje dodavatel/servisní organizace. Platnost certifikátu činí 1 rok, je možné zajistit automatickou obnovu (o nový certifikát může zařízení požádat automaticky a obdrží nový certifikát s platností na další rok, službu zajišťuje zadavatel) nebo může být prováděno manuálně (zadavatelem generovaný certifikát bude instalován do zařízení dodavatelem/servisní organizací).

Spotřební materiál:

- Součástí dodávky bude spotřební materiál pro prvotní použití.

Další požadavky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- v případě provádění servisních výkonů mimo nemocnici, bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu provádění servisního výkonu
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
- 1x **návod v ČJ** (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí **nabídky a předání** bude elektronický nosič (CD/DVD/USB, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)

Jedná se o pořízení 3 ks elektrokardiografů s 3 ks licencí pro práci s daty přes PC.

Technická specifikace:

- 12 svodové EKG s interpretací a detekcí stimulovaných pulzů
- Interpretace záznamu
- Konfigurace volby svodů musí splňovat normu IEC
- Vzorkovací frekvence 40 000 Hz/kanál pro registraci kardiostimulátoru (důvod vysoké vzorkovací frekvence)
- Vestavěné filtry svalového a síťového šumu 40-150Hz / 50Hz
- Frekvenční rozsah: dolní hranice 0,05 Hz, horní hranice 300 Hz
- Kontrola kontaktu elektrod (jmenovitá detekce nefunkčních elektrod)
- Automatická kontrola správného umístění hrudních elektrod
- Nastavitelná rychlost posuvu papíru (5/25/50 mm.s-1)
- Funkční klávesy pro automatické i manuální provedení záznamu
- Nastavitelná velikost křivky
- Tisk na skládaný termopapír ve formátu 210x297 mm
- Přenos/záznam(tisk) ve všech standardních režimech
 - o Manuál: 12 svodů nebo 6+6 s přepínáním,
 - o Automat: formát 12 nebo 6+6 svodů na 1 list, 6+6 na dva listy, ...
- Provoz z baterie (min. 100 záznamů) i ze sítě (baterie je součástí dodávky)
- Podsvícený displej min. 4,5" se zobrazením všech 12 svodů EKG bez nutnosti přepínání
- Plnohodnotná alfanumerická klávesnice pro zadávání patientských dat
- Ochrana proti defibrilačnímu výboji
- Lokalizace do českého jazyka (menu, komunikace, ovládání, ...)
- Připravenost k natáčení EKG do 10 s od zapnutí
- Paměť pro uložení min. 100 záznamů s následnou možností exportu
- Přenos dat ve formátu „raw dat“, aby je bylo možno dodatečně upravovat v middleware systému EKG, tzn. upravit rozměření, změnu filtrace a zesílení
- Přenos záznamů do middleware systému ze všech EKG přístrojů plně automatizovaný (pouze odeslat pořízený záznam z EKG, záznam bude automaticky uložen ve formátu DICOM, PDF a XML pro další zpracování bez dalšího zásahu uživatele)
- Přímé připojení do LAN zadavatele
- Připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet
 - o rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v potřebné délce a WiFi
 - o protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP
 - o povinné nastavení síťové adresy - na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC prostředky IT)
- Bezdrátové Wi-Fi připojení
 - o Podporované přenosové normy: 802.11 g/n (2,4 GHz), 802.11 a/n (5 GHz).
 - o Podporované šifrování: WPA2 (TKIP, AES, zadavatel upřednostňuje AES, podporovaná délka klíče min. 16 hexadecimálních znaků).
 - o Generování WPA2 klíče zajišťuje zadavatel (útvary Centrum informatiky, oddělení systémové a technické podpory), instalaci WPA2 klíče do zařízení zajišťuje dodavatel/servisní organizace.
 - o Autentizace: Radius (EAP TLS, PEAP v 0).
 - o Podporované certifikáty: Podpora délky klíče 2048 bitů, podpora hashovací funkce SHA-512. Generování a vystavování certifikátů zajišťuje zadavatel (útvary Centrum informatiky, oddělení systémové a technické podpory), prvotní instalaci certifikátů do zařízení zajišťuje dodavatel/servisní organizace. Platnost certifikátu činí 1 rok, je možné zajistit automatickou obnovu (o nový certifikát může zařízení požádat automaticky a obdrží nový certifikát s platností na další rok, službu zajišťuje zadavatel) nebo může být prováděno manuálně (zadavatelem generovaný certifikát bude instalován do zařízení dodavatelem/servisní organizací).

- Bezdrátový přenos EKG signálu z pacienta do EKG přístroje pro záznam/tisk – především pro možnost umístění přístroje mimo infekční prostředí, případně exponovaný prostor v okolí pacienta na JIP/ARO při natáčení záznamu
- Synchronizace interního času přístroje se serverem NTP zadavatele
- Požadujeme kompatibilitu s MariePACS (dodavatel OR-CZ, spol. s.r.o., www.orcz.cz)
- Součástí dodávky budou SW licence pro propojení všech EKG do middleware systému (dodavatel OR-CZ, spol. s.r.o., www.orcz.cz)
- Požadujeme licenci diagnostického MARIE Portal EKG pro všechny EKG
- Podpora DICOM Modality Worklist
- Možnost připojení běžné čtečky čárového kódu (standard B) pro zadávání identifikačního čísla pacienta:
 - o čtení kódů: 1D
 - o kabel:1,8 m
 - o rozhraní: RS-232, PS/2, USB
 - o konfigurace: konfigurace čtečky pomocí čárových kódů
 - o napájení: Z hostitelského terminálu nebo z externího, 5 V +/- 10%, 175 mA max
 - o kódy: EAN/UPC včetně dodatkových kódů, UCC/EAN 128, Code 39, Plně ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 plně v ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS varianty
- Snadná údržba a dobrá odolnost proti mechanickému poškození přístroje
- Záruční i pozáruční servis v ČR s desetiletou garancí

Příslušenství:

- transportní vozík s antistatickými kolečky, brzdou a úložným prostorem pro příslušenství
- 2 ks náhradních patientských kabelů přímo propojených do EKG

Obecné požadavky na přístroj:

- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Další podmínky:

- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repase, ...)
- označení přístroje „CE“ (na přístroji a v uživatelském manuálu)
- délka záruky min. 24 měsíců
- odborná údržba (pravidelné bezpečnostně technické kontroly a servisní prohlídky), předepsané výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. (§ 65) v platném znění, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- v případě provádění servisních výkonů mimo nemocnici, bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu provádění servisního výkonu
- bezplatné zaškolení/instruktaž (dle § 61 zák. 268/2014 Sb. v platném znění) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje (před uvedením do provozu), včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování, po dobu životnosti přístroje zdarma
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
- 1x **návod v ČJ** (1x tištěný) - při dodání přístroje
- součástí **nabídky a předání** bude elektronický nosič (CD/DVD/USB, ...) kde bude:
 - Prohlášení o shodě
 - CE certifikát
 - Uživatelský manuál v ČJ
 - Uživatelský manuál v AJ (je-li výroba přístroje mimo ČR)