

Naše zn.: 2017/129607/FNBRNO -14.7.2 – DrKr/Os  
Vaše zn.: -

V Brně dne 21. 9. 2017

## **Veřejná zakázka – Spotřební materiál pro hematologické vyšetření**

Vážený, zadavatel obdržel dne 20. 9. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Spotřební materiál pro hematologické vyšetření, část č. 2 ke kterému sděluje následující:

### **Dotaz:**

Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí obecně požadovaná vyšetření pro část č. 2 :  
**KO – Krevní obraz** – (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW – SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT)  
**KO + DIFF – Diferenciální rozpočet WBC** (NEUT, LYMPH, MONO, EO, BASO, IG (nezralé granulocyty) v % i v absolutních hodnotách, včetně LOW WBC módu pro stanovení WBC u leukopenických vzorků

V technické specifikaci a v dalších požadavcích však již používá specifickou terminologii a charakteristiku analyzátoru konkrétního výrobce.

**Je možné nabídnout v části č. 2 VZ spolehlivý hematologický analyzátor, který umožňuje provádět požadovaná vyšetření podle výše uvedeného bodu 1. a technické parametry uvedené v zadání, vzhledem ke své specifčnosti vyhovující pouze jednomu konkrétnímu dodavateli, brát jako vodítko?**

### **Odpověď:**

Zadavatel uvádí, že při specifikaci technických požadavků vychází z nomenklatury, kterou zná, resp., kterou v danou dobu používá. To není žádný záměr, ale vychází to ze stávající praxe zadavatele. Pokud se týká specifikace parametru LOW WBC mode, popřípadě WPC mode, použitých a požadovaných v dané VZ, jsou opravdu nabízeny pouze jedním dodavatelem/výrobce. Jiné analyzátory bohužel neumožňují analyzovat a vydat validní diferenciální rozpočet bílých krvinek u velmi leukopenických pacientů, což je zásadní požadavek, který na přístroj máme (s ohledem na potřeby hematologických a onkologických pacientů, včetně dětí léčených chemoterapií a v transplantačním programu). Zadavatel tak tedy nemá jinou možnost, než použít právě danou nomenklaturu. Zadavatel tento postup nepovažuje za diskriminační, ale za jediný možný. Dále uvedené parametry zadavatel využije u onkologických pacientů při zvažování kontraindikací k aferetickým výkonům. Zadavatel tak trvá na požadavcích a technické specifikaci, která je uvedena v zadávací dokumentaci.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Ing. Tereza Oškrdalová, referent OPV, tel. 532 233 743, Oskrdalova.Tereza@fnbrno.cz