

Naše zn.: 2017/ /FNBRNO - 15.2.1 – Va/So
Vaše zn.: -

V Brně dne 5. října 2017

VZMR – Hlubokomrazicí box, ev.č. 2017-EZAK-VZ-1537

Odpověď na dotaz

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat mrazicí box se čtyřmi vnitřními dveřmi?
Domníváme se, že požadovaný parametr neovlivňuje splnění požadovaného účelu (jde pouze o vyšší počet vnitřních dveří což je z praktického hlediska i výhodnější).

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel bude akceptovat nabídku se čtyřmi vnitřními dveřmi, pokud budou izolované.

Dále zadavatel mění bod č. 8 Lhůta a místo podání nabídky. **Nový termín je 16. 10. 2017.**
Ostatní zůstává beze změn.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení FN Brno

Vyřizuje: Iva Momirovová

V z. Lenka Soukupová, tel. 532 233 640