

Naše zn.: 2017/ /155267 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. 11. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 6. 11. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Obracím se tímto na Vás s dodatečným dotazem k veřejné zakázce „FN Brno – modernizace perinatologického centra“. Jedná se konkrétně o část 31 - CTG s analýzou ST segmentu dítěte (STAN) – 1 ks.
V technických požadavcích zadavatel uvádí: „ovládání pomocí min. 15“ polohovatelného dotykového displeje“. Domníváme se, že jde o chybu, protože takovýto přístroj není na trhu k dispozici. Rádi bychom nabídli přístroj STAN S 41, který má ale velikost dotykové obrazovky 12,1“.
Bude zadavatel akceptovat toto řešení?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat řešení, kdy KTG s analýzou ST segmentu dítěte bude mít uhlopříčku displeje 12,1“.

Dotaz č. 2:

Můj dotaz se týká připojení stávajících kardiokografů Philips do centrálního monitorovacího systému OB TraceVue. Potřebovala bych znát, zda typ KTG, který je v nemocnici je FM20 a nebo FM30 a zda jsou připojeny k centrále pomocí 9ti pinového kabelu RS232. Naše KTG se totiž připojují stejným způsobem, jako ty zmiňované a komunikují na stejných pinech, proto je důležité znát aktuální stav.

Odpověď:

Uvedené kardiokografy nejsou k centrále připojeny pomocí 9-ti pinového kabelu RS232, ale pomocí patch kabelu (RJ45).

Zadavatel požaduje přímé připojení KTG do SW OBTraceView pomocí patch kabelů (RJ45). Dodání převodníků z RS232 není přípustné z důvodů na straně správce SW.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno