

Naše zn.: 2017/ 156519 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 11. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 8. 11. 2017 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra – část č. 16, ke kterému sděluje následující:

Dotaz :

Je požadavek baterie u položky Odsávačky mateřského mléka nezbytný? Odsávačky mateřského mléka nejsou dodávány do sanitek, tudíž bateriový provoz nebývá často využit v rámci provozu na oddělení. Je možné podat dvě varianty? Bateriová a bez baterie? Bateriová verze je také finančně náročnější, než je uvedený požadavek výběrového řízení.

Odpověď:

Zadavatel od požadavku na dodání baterií do odsávaček mateřského mléka upouští a nadále je nepožaduje.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz