

Naše zn.: 2017/ 157570 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 15. 11. 2017

Veřejná zakázka – Vybavení FN Brno pro návaznou péči – lůžka II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 10. 11. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Vybavení FN Brno pro návaznou péči – lůžka II, ke kterým sděluje následující:

Dotazy k odst. IV Technické podmínky:
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POUŽITÍ RFID TECHNOLOGIE NA NEMOCNIČNÍM LŮŽKU:
V ZD je uvedeno:

Komponenta pro pasivní bezkontaktní identifikaci (RFID) musí, pomocí dodaného HW identifikátoru, obslužného SW v české mutaci, databáze pro vedení záznamu o provedení mytí lůžek, signalizace platnosti BTK, řídicího PC a dvou stacionárních identifikačních míst (čtecí zařízení – brány) umístěných na příjmu CÚL a výdeji CÚL splňovat požadavky: mimo jiné na:

- na možnost zanesení záznamu o provedení mytí lůžek do nemocničního IS přes webové rozhraní na bázi SOAP nebo REST

Dotaz č. 1 : Na které straně má být služba implementována ?

bud' službu implementuje/poskytuje dodávané programové vybavení a klientem/konzumentem je NIS **nebo**

službu implementuje/poskytuje NIS a klientem/konzumentem je dodávané programové vybavení. Je-li to tato 2. možnost, kdy má dojít k zavolání služby ?(např. obsluhou CÚL z dodávaného programového vybavení nebo automaticky s danou periodou atp.)

Odpověď:

Službu implementuje/poskytuje dodávané programové vybavení a klientem/konzumentem je NIS.

- kontrolovat pomocí dodaného SW na příjmu (vstupu) a na výdeji (výstupu) CÚL platnost BTK - dotaz webovou službou, kde request bude hodnota RFID a response datetime BTK,

Dotaz č. 2 : Formulace má být interpretována tak, že dodávané programové vybavení bude ukládat informace o provedení BTK v rámci své databáze (záznam vytvoří obsluha CÚL) a současně bude implementovat jednoduchou webovou službu, pomocí které se lze dotázat na datum a čas provedení poslední BTK pro danou postel / RFID tag s daným ID z jiného informačního systému případně webového prohlížeče?

Pokud ne, prosíme o jednoznačnou specifikaci.

Odpověď:

Dodané programové vybavení, v okamžiku identifikace postele na vstupu či výstupu pomocí ID RFID tagu, vznesle prostřednictvím webové služby dotaz na datum platnosti BTK do jiného informačního systému, obdrženou odpověď (datum) porovná s aktuálním datem a zvukovou a vizuální signalizací je signalizován stav - platná (zelená), neplatná (červená), před uplynutím platnosti (oranžová).

Dotaz č. 3:

Lze provést průrazy zdí pro vyvedení koaxiálních kabelů v případě montáže antén z vnější strany výstupních dveří CÚL?

Odpověď:

Pokud se jedná o obyčejný průraz na protažení koaxiálního kabelu, pak jej lze provést.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz