

Naše zn.: 2017/160896 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 11. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 16. 11. a 20.11. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje v odst IV. Technické podmínky, část 11 Lůžko pro intenzivní a resuscitační péči – 2 ks

„výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30 cm“

Tento parametr nemá vliv na celkovou péči o pacienta, neovlivňuje životní funkce pacienta.
Bude zadavatel akceptovat nastavitelnou výšku lůžka v rozsahu 20 cm ?

Odpověď:

Ne, zadavatel požaduje výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30 cm zejména s ohledem na pracovní podmínky zdravotnického personálu.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje v odst IV. Technické podmínky, část 1 Inkubátor kombinovaný s vyhříváním lůžkem – 9 ks

„Integrovaná váha pro vážení novorozence s možností zaznamenání hodnot vážení“

Zmiňované inkubátory jsou určeny k zajištění maximálního tepelného komfortu novorozence s odpovídající vlhkostí prostředí. V případě integrované váhy se zmenší ošetrovatelský prostor a sníží se komfort ošetřujícího personálu.

Bude zadavatel akceptovat *možnost dodatečně integrovat váhu pro vážení novorozence s možností zaznamenání hodnot vážení* ?

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na svém požadavku integrovat váhu pro vážení novorozence do kombinovaného inkubátoru.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje v odst. IV. Technické podmínky, část 3 Resuscitační přístroj – 1 ks

„přenosný, použitelný jako samostatná jednotka nebo s vyhřívaným lůžkem“

Rozumí účastník požadavku zadavatele správně, že zadavatel požaduje jednu přenosnou jednotku, tj. manometr, směšovač a průtokoměr **integrováný v jednom přístroji**, (jedna samostatná jednotka), k zajištění všech požadovaných funkcí?

Odpověď:

Ano, zadavatel v části č.3 Resuscitační přístroj požaduje přenosný přístroj, který bude obsahovat: resuscitátor s manometrem a nastavením max. tlaku, integrovaný směšovač O₂/Vzduch pro přesné nastavení dýchací směsi a průtokoměr.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz