

Naše zn.: 2017/161599 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 23. 11. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 21. 11. dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

K zadávací dokumentaci: " FN Brno modernizace perinatologického centra" máme dotazy k **části 7 _ Neonatální inkubátor:**

Dotaz č. 1:

Dvojitě zámky odklopných panelů - lze použít u odklopného panelu dva jednoduché zámky s optickou kontrolou, které nejsou náročné na údržbu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku dvojitých zámků odklopných panelů.

Dotaz č. 2:

Systém pro vypouštění kondenzované vody z inkubátoru z inkubátoru pomocí kondenzační nádoby umístěné vespod inkubátoru - jednoduchá výměna nádoby - zde máme jiné technické řešení, trváte na výměnné nádobě?

Odpověď:

Zadavatel trvá na svém požadavku, aby nabízený inkubátor byl vybaven systémem pro vypouštění kondenzované nadbytečné vody z inkubátoru pomocí kondenzační nádoby umístěné vespod inkubátoru.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno