

Naše zn.: 2017/168459 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 6. 12. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 1. 12. 2017 a 4. 12. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

Část 1 Inkubátor kombinovaný s vyhříváním lůžkem

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje: „**Resterilizovatelná nádoba**“

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat modernější technologické řešení, kdy je celý zvlhčující systém kompletně uzavřen a sterilní? Přívod externí vody (vodní vak nebo vodní lahev) jsou běžně dostupné na oddělení, což nezvyšuje ani logistickou zátěž ani provozní náklady. Dalším benefitem tohoto systému je, že jsou nulové náklady na čištění a sterilizaci nádoby.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované modernější technologické řešení.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje: „**Inkubátor musí při transportu udržovat nastavenou teplotu, vlhkost i ostatní parametry po dobu minimálně 20 minut bez závislosti na externím napájení.**“

- **Indikátor stavu baterie**
- **Indikátor připojení/odpojení baterie od inkubátoru**

Dotaz uchazeče: V rámci všech bodů specifikace je na trhu jediný výrobce, který všechny uvedené parametry beze zbytku splní, ačkoli aktuální nároky neonatální intenzivní, resuscitační a vývojové péče a jejich další vývoj směřují rychlým tempem nad standard a aktuální možnosti tímto systémem definované. Na trhu jsou aktuálně modernější technologická řešení, která medicíně účel bez jakéhokoli omezení terapeutických možností či zásahu do optimálního komfortu pacienta splní a zároveň poměrně podstatně snižují provozní náklady (v porovnání se systémem výše zmiňovaným). Na základě požadavků uvedených ve specifikaci uchazeč předpokládá, že veškerý transport bude pouze a jen vnitronemocniční a tudíž v rámci stabilních teplotních podmínek. Udržení teploty, vlhkosti a ostatních parametrů v rámci vnitronemocničního transportu je u nabízeného systému zabezpečeno velmi sofistikovaným konstrukčním a technologickým řešením certifikovaným výrobcem a plně podporujícím "one bed concept", které nevyžaduje bateriové řešení. Zajištění monitorace vitálních funkcí a umělé plicní ventilace je řešeno vestavěnými akumulátory jednotlivých komponent (dnes již

standardně integrovaných téměř ve všech aktuálně na trhu dostupných řešeních). Pouze aktivní zvlhčení dýchací směsi pro zachování optimálních fyziologických vlastností je řešeno v rámci transportního řešení nabízeného uchazečem. Akceptuje zadavatel takovéto řešení?

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje navrhované řešení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje: „**Držáky na láhve se směsí (kyslík, vzduch) součástí inkubátoru nebo součástí mechanicky připojitelného pojízdného externího zdroje kompatibilního s inkubátorem**“

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel požadovat držáky na plynové láhve u každého inkubátoru, nebo postačí jeden, který je transportní a kompatibilní se všemi nabízenými inkubátory a navíc je možné ho připojit ke stávajícím ventilátorům na oddělení?

Odpověď:

Zadavatel požaduje držáky lahví ke každému inkubátoru.

Část 37 Přístroj anesteziologický a monitorovací jednotkou

Dotaz č. 4:

Zadavatel požaduje: „**Aktuální zobrazení nákladů použitého anestetika**“

Dotaz uchazeče: Akceptuje Zadavatel nabídku přístroje zobrazující průběžnou spotřebu i celkové množství spotřebovaných volatilních anestetik za případ? Vzhledem k velmi rychlému vývoji cen na trhu volatilních anestetik je tento způsob hodnocení vždy naprosto objektivní a plně vypovídá o efektivitě provozu a řízení anestezie.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku přístroje zobrazujícího průběžnou spotřebu i celkové množství.

Dotaz č. 5

Zadavatel požaduje: „**Přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem**“

Dotaz uchazeče: Bude Zadavatel považovat za splnění tohoto bodu specifikace přístroj umožňující přepnutí mezi ruční a řízenou ventilací metodou „vyber – potvrď“? Tato koncepce vychází z unifikovaného postupu ovládání přístroje stejného pro všechny ventilační režimy, přičemž krok potvrzení má ryze bezpečnostní charakter zamezující neúmyslným změnám v průběhu ventilace pacienta.

Odpověď:

Ne, zadavatel trvá na přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem.

Dotaz č. 6

Zadavatel požaduje: „**Vizuální kontrola netěsností systémem měchu v průhledném válci**“

Dotaz uchazeče: Bude zadavatel akceptovat i jiné technologické řešení možnosti vizuální kontroly netěsností vzhledem k nabízené technologii? (stejný princip jako požadovaný vak ve válci pouze

aplikovaný na vak manuální ventilace sloužící u nabízeného technologického řešení jako rezervoár anesteziologické směsi)

Odpověď:

Ne, zadavatel nebude akceptovat jiné technologické řešení, než je požadováno v zadání.

Část 11 Lůžko pro intenzivní a resuscitační péči

Dotaz č. 7

Zadavatel požaduje v dost. IV. Technické podmínky, část 11 Lůžko pro intenzivní a resuscitační péči – 2 ks

„výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30 cm“

Účastník předpokládá, že zadavatel požaduje výškové polohování lůžka v rozsahu min. 30 cm z důvodu komfortní obsluhy, aby výhřevné těleso neomezovalo pohyb ošetřujícího personálu při péči o novorozence.

Účastník nabízí Lůžko pro intenzivní a resuscitační péči s výškovým rozsahem 25 cm s revolučním designem topného tělesa, které ošetřujícímu personálu v žádném případě nepřekáží při manipulaci s pacientem (těleso je zapuštěné do těla přístroje).

Bude zadavatel akceptovat toto obdobné technické řešení?

Odpověď:

Ne, zadavatel požaduje výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30 cm zejména s ohledem na pracovní podmínky (ochrana zdraví) zdravotnického personálu.

Část 8 Plicní ventilátor pro nasální CPAP

Dotaz č. 8

Zadavatel požaduje v dost. IV. Technické podmínky, část 8 Plicní ventilátor pro nasální CPAP – 4 ks

„Plná kompatibilita aplikačního spotřebního materiálu s již provozovanými ventilátory nCPAP Infant Flow“

Účastník je přesvědčen, že tento požadavek odporuje § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění. Tento požadavek omezuje účast renomovaných výrobců a dodavatelů plicních ventilátorů.

Žádáme o jeho vypuštění.

Odpověď:

Zadavatel tento požadavek vypustí ze zadávací dokumentace.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude upravena zadávací dokumentace a prodloužena lhůta pro podání nabídek.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz