

Naše zn.: 2017/ FNBRNO - 15.2.1– Va/ On
Vaše zn.: -

V Brně dne 7. 12. 2017

Odpověď na dotazy k VZMR – Transportní ventilátor pro angiolinku
2017-EZAK-VZ-1635

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel požadavek pokládat za splněný, pokud účastník nabídne transportní ventilátor s nastavitelnou hodnotou PEEP 0 až 25 cm H₂O?

Odpověď č. 1:

Zadavatel bude považovat požadavek za splněný i pro hodnotu PEEP 0 až 25 cm H₂O.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
FN Brno

Vyřizuje: Ing. Pavlína Ondráčková, tel.: 532 233 805