

Naše zn.: 2017/ 171918 /FNBRNO -14.7.1 – DrKr/La
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. 12. 2017

Veřejná zakázka – FN Brno modernizace perinatologického centra

Vážení,

zadavatel obdržel dne 8. 12. 2017 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem FN Brno modernizace perinatologického centra, ke kterým sděluje následující:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v původním zadání požaduje (Část 1, inkubátor kombinovaný s vyhřívaným lůžkem – 9 ks):
„Inkubátor musí při transportu udržovat nastavenou teplotu, vlhkost i ostatní parametry po dobu minimálně 20 minut bez závislosti na externím napájení.

- Indikátor stavu baterie
- Indikátor připojení/odpojení baterie od inkubátoru“

Ze zadání původní zadávací dokumentace je zjevné, že zadavatel požadoval koncept inkubátorů s bateriovým napájením během transportu. Dále je ze znění zadávací dokumentace zjevné, že medicínským účelem tohoto požadavku zadavatele bylo zabezpečit konstantní prostředí pro novorozence po dobu transportu.

Dne 6. 12. 2017 zadavatel odpověděl na dotaz č. 2 připuštěním řešení bez transportní baterie.

Vzhledem k tomu, že:

- a) v reálném provozu u zadavatele transport může trvat až 20 minut, přičemž teplota prostředí se v průběhu transportu zásadně liší (na porodním sále, na chodbách v různých patrech, kde nelze zabezpečit okna proti otevření, zvýšené proudění vzduchu, nutnost polohování novorozence - otevření bočních panelů nebo prostupů, reálná možnost technické poruchy výtahu nebo dlouhé čekání na výtah)
- b) dle informací z otevřených zdrojů neexistuje technické řešení, které by bez použití bateriového zdroje při transportu zabezpečilo stabilitu prostředí novorozence po dobu 20 minut bez poklesu teploty a změny vlhkosti
- c) dle všeobecně akceptovaných pravidel musí být při péči o nezralého novorozence i při transportu držena stabilní teplota i vlhkost (např. pokles teploty o 1°C zvyšuje mortalitu předčasně narozeného novorozence o 28% - viz. Přiložená studie).
- d) norma EN 60601-2-19:2009 (IEC 60601-2-19:2009), která definuje standardy pro bezpečnost používání inkubátorů, stanovila, že: „Incubators need to be continuously powered to allow the

monitoring/alarming of temperatures if thresholds violated even during transport situation“
(Inkubátory musí být nepřetržitě napájeny, aby umožňovaly monitorování/alarmování teplot, pokud byly překročeny hodnoty **i během transportu**“)

dle názoru uchazeče zadavatel připuštěním řešení transportu bez použití baterie upouští od původního požadavku na zachování konstantního prostředí novorozence při transportu a akceptuje řešení, které nezaručuje stabilní parametry při transportu, a tudíž ani nesplňuje původní medicínský účel zadání.

Dotaz: Účastník žádá o upřesňující informaci, která by přesně definovala požadavky zadavatele na stabilitu prostředí novorozence při transportu.

Odpověď:

Zadavatel trvá na zachování konstantního prostředí v inkubátoru během transportu novorozence u parametrů teploty, vlhkosti a koncentraci kyslíku.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v původní zadání požaduje (část 11, lůžko pro intenzivní a resuscitační péči – 2 ks)
„Výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30cm“

Účastník nabízí vyhřívané lůžko s výškovým polohováním lůžka elektromotorem s rozmezím výšky matrace od podlahy 84 – 108 cm.

Tento rozsah plně odpovídá ergonomii práce a vytváří ideální pracovní podmínky jak pro osoby malého vzrůstu, tak pro osoby vysoké postavy.

Snížení pracovní výšky matrace pod 84 cm ani zvýšení nad 108 cm nemá z hlediska ergonomie pracovních podmínek opodstatnění.

Dotaz: Připustí zadavatel nabídku lůžka pro intenzivní a resuscitační péči s výškovým polohováním v rozsahu (výšky matrace od podlahy) 84 – 108 cm, které plně odpovídá pracovním podmínkám (ochrana zdraví) zdravotnického personálu?

Odpověď:

Zadavatel upouští od svého požadavku na výškové polohování lůžka elektromotorem v rozsahu min. 30 cm a upraví zadávací dokumentaci tak, že výškové polohování lůžka elektromotorem bude požadovat v rozsahu min. 20 cm.

Dotaz č. 3:

Část 2 - Monitor životních funkcí - 15ks

V zadávací dokumentaci je uvedena nepřekročitelná předpokládaná cena části veřejné zakázky 1.089.000,- Kč včetně DPH (resp. 900.000,- Kč bez DPH).

S ohledem na rozsah plnění této části veřejné zakázky a na základě naší znalosti trhu s obdobnými zdravotnickými prostředky prosíme zadavatele o vysvětlení, zda nedošlo při stanovení předpokládané ceny k administrativní chybě a předpokládaná cena této části veřejné zakázky neměla být vyšší.

Odpověď:

Ne, k chybě nedošlo, hodnota vychází z provedeného průzkumu trhu. Pokud účastníci nebudou schopni podat nabídky, bude v případě, kdy u některých částí bude nabídnuta cena nižší, poměrně navýšena hodnota u částí, které se v prvním kole nevysoutěží.

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace bude upravena zadávací dokumentace a prodloužena lhůta pro podání nabídek do 19. 1. 2018 do 10.00 hod.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

vyřizuje: Mgr. Kateřina Láníčková, tel. 532 232 806, Lanickova.Katerina@fnbrno.cz