

Technická specifikace pro část 2 Monitor vitálních funkcí

- Monitor vitálních funkcí do prostředí MR (magnetické rezonance) - MR kompatibilní
- Vhodné do 3 T, min. 5 000 Gauss
- Vhodné pro pacienty všech věkových kategorií (novorozenec, dítě, dospělý)
- Vzdálený bezdrátový monitor, LCD display min. 18"
- Barevný dotykový LCD displej min. 15" na pojízdném měřicím vozíku
- Bezdrátové moduly k měření EKG, SpO2, respirace a gátring
- Bezdrátové měřicí moduly na vyměnitelné akumulátory s dobou provozu min. 4 hodiny
- Nabíječka akumulátorů bezdrátových modulů
- Neinvazivní měření krevního tlaku NIBP
- Měření tělesné teploty
- Dvoukanálové měření invazivního krevního tlaku IBP
- Expresní low flow EtCO2 a duální Agents
- Měření koncentrace dvou různých anestetik s automatickou detekcí plynů
- Monitorace koncentrace O2 a N2O
- Zobrazení hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace)
- Dynamické zobrazení trendů
- Gating kardiální i periferní
- Měření teploty pacienta se senzorem pro opakované použití
- Odlišení technických a fyziologických alarmů
- Měřicí vozík napájený ze sítě i z akumulátorů

Příslušenství v rámci dodávky

- Spotřební materiál nutný k prvotnímu použití a ověření funkce přístroje