

Technická specifikace

Videokolonoskop 2 ks

- zorné pole minimálne 170°
- smer pohľadu priamy – 0°
- hĺbka pole minimálne 2 – 100 mm
- vonšjší priemer distálného konce maximálne 12.8 mm
- priemer zavádzacieho tubusu maximálne 12.8 mm
- pracovná dĺžka minimálne 1690 mm
- vnútorný priemer pracovného kanálu minimálne 3.8 mm
- rozsah angulace: nahoru/dolu min. 180° / 180°
 doprava/doleva min. 160° / 160°
- prídavný oplachový kanál pro pripojení peristaltické pumpy
- funkce proměnné tuhosti
- funkce úzkopásmového zobrazení pro zvýraznění cévní a slizniční struktury
- funkce laserového měření lézí s real-time zobrazením virtuálního měřítka v průběhu vyšetření

Rozšiřující jednotka 1 ks

- rozšiřující jednotka pro funkci měření lézí s real-time zobrazením virtuálního měřítka v průběhu vyšetření
- software pro výše uvedenou funkci
- aktivace/deaktivace virtuálního měřítka tlačítky na endoskopu
- napájení 230-240 V/ 50-60 Hz

Příslušenství v rámci dodávky:

- veškeré příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu
 - sada ventilů pro zahájení provozu
 - transportní kufr pro endoskopy
-
- **Výše uvedené endoskopy musí být kompatibilní s myčkou/dezinfektorem endoskopů splňující normu ISO 15883-1, ISO 15883-2¹.**
 - **Požadovaná rozšiřující jednotka musí být kompatibilní s výše uvedenými endoskopy a naopak.**
 - **Endoskopy a rozšiřující jednotka musí být kompatibilní s videoprocesorem výrobce FUJIFILM VP-7000 a zdrojem světla BL-7000.**
 - **Licence pro požadovaný software pro měření lézí s real-time zobrazením virtuálního měřítka musí být součástí dodávky a musí být platná min. po dobu životnosti přístroje. Výše uvedený software je bez dalších licenčních poplatků min. po dobu životnosti přístroje.**

¹ Účastník je oprávněn nabídnout rovnocenné řešení